

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | | |
|---|--|--|
| Title - Sujet OPTICAL MICROSCOPE | | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W3931-130025/A | | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W3931-130025 | | Date 2012-08-10 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-939-60903 | | |
| File No. - N° de dossier pv939.W3931-130025 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-09-04 | | Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Quinn, Laurie | | Buyer Id - Id de l'acheteur pv939 |
| Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3824 () | | FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation Amendment 001 is raised to incorporate the following answers to questions that were asked during the solicitation period, as it relates to Annex “B” Mandatory Specifications.

Q1. Is LED illumination acceptable? Bid specifies Halogen illumination.

A1. LED illumination is not acceptable on this opportunity; this request is to have Halogen illumination.

Q2. Bid requires ability to mount a digital camera. Is the camera mount (c-mount) required or simply the availability of a port for this function?

A2. Need to have only the availability of a port for this function (to attached an accessory by c-mount adapter).

Q3. Bid suggests compatibility with darkfield, phase contrast, polarized light applications, however, the condenser and objectives seem to be simply brightfield. Are you asking brightfield scopes that can be upgraded for these techniques at a later date, or do you require darkfield, phase contrast, pol configuration now?

A3. The request is for darkfield microscope, but the device must have the capability to be upgradeable for these techniques at a later date.