

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions**  
**- TPSGC**  
**11 Laurier St./ 11 rue, Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0A1 / Noyau 0A1**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**  
**Bid Fax: (819) 997-9776**

## **SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### **Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier  
6B1, Place du Portage  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> OPTICAL MICROSCOPE		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W3931-130025/A		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W3931-130025		<b>Date</b> 2012-08-14
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$PV-939-60903		
<b>File No. - N° de dossier</b> pv939.W3931-130025	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2012-09-04</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Quinn, Laurie		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pv939
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-3824 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-3814
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

Solicitation Amendment 002 is raised to incorporate the following answers to questions that were asked during the solicitation period, as it relates to Annex "B" Mandatory Specifications.

Q4. You state in specification 3.0 that the binocular or trinocular must have a 22mm F.O.V. but then in specification 7.0 you state the eyepieces should be "10X WF and 23mm". Does the 23mm refer to Field of View (F.O.V.)? If yes, then since the binocular or trinocular is only 22mm, there is no value of having a 23mm eyepiece as it will only allow you 22mm F.O.V.

If the 23mm does not refer to the F.O.V., what are you referring to? If it is the outside diameter, then 23mm is no longer considered a standard and is now mainly used only for student microscopes. Most outside diameters are now 30mm.

Can you please specify what the 23mm stands for.

A4. Mandatory Specification 7.0 is amended to remove the 23mm (International Standard).

Q5. On specification 10.0 you state "the microscope must have a light preset switch". This preset switch (and light intensity manager) only works in combination with a coded nosepiece. Do you want the ability to have light intensity manager or can we remove the "preset" button from the specifications? If you want the Light Intensity Manager, then that would have to be listed as a specification.

A5. Mandatory Specification 10.0 is deleted entirely.