

**SANTÉ CANADA**  
**1001, ST-LAURENT, LONGUEUIL, QC.**  
**CALENDRIER D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE PRODUCTION D'EAU PURE**

1001, ST-LAURENT, LONGUEUIL, QC		Première année de base Première année d'option												Deuxième année de base Deuxième année d'option												Troisième année de base Troisième année d'option											
		juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin
	SERVICES D'ENTRETIEN (partie A)																																				
Aa	REEMPLACEMENT DES MEMBRANES FILTRES D'OSMOSE INVERSÉE ET D'ULTRA FILTRATION (au début du contrat et ensuite au besoin)	X																																			
Ab	NETTOYAGE DE LA MEMBRANE FILTRE D'OSMOSE INVERSÉE (à chaque mois)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ac	REEMPLACEMENT DU MÉDIUM FILTRANT DE RÉSINE NUCLÉAIRE (aux 3 mois)	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X					
Ad	REEMPLACEMENT DES LAMPES UV (aux 9 mois)	X									X																	X									
Ae	DÉSINFECTION DU RÉSERVOIR D'EMMAGASINAGE D'EAU TRAITÉ ET DES SONDAS DES RÉSISTIMÈTRES ET DU CONDUCTIMÈTRE (aux 12 mois)	X												X												X											
Af	REEMPLACEMENT DU MÉDIUM FILTRANT DE CHARBON ACTIF (aux 24 mois)	X																								X											
	SERVICES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT (partie B)																																				
Ba	MATÉRIAUX DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT (au besoin pendant 36 mois)																																				
Bb	MAIN D'ŒUVRE LORS DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT (au besoin pendant 36 mois)																																				
	SERVICE SPÉCIAL AU BESOIN (partie B)																																				
Bc	MAIN D'ŒUVRE LORS DE LA DÉSINFECTION DE 60 ROBINETS D'USAGE D'EAU PURE (au besoin aux 12 mois). Travaux associés et en coordination au point Ae	X												X												X											