

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Reach-In Growth Chamber	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A70-139001/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8A70-139001	Date 2013-06-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-938-62789	
File No. - N° de dossier pv938.K8A70-139001	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-07-02	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Paul	Buyer Id - Id de l'acheteur pv938
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-6919 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification a la sollicitation sert à afficher les questions et réponses reçues avant et après la visite du site.

Q.1. Veuillez confirmer que nous devons fournir une enceinte de la chambre jusqu'au plafond pour isoler le bruit du compresseur?

A.1. Oui

Q.2. Veuillez confirmer que le client devra fournir une connexion Ethernet?

A.2. Oui

Q.3. Veuillez confirmer que le client sera responsable de déconnecter l'eau réfrigérée et l'électricité existant dans la chambre actuelle?

A.3. Oui

Q.4. S'il vous plaît confirmer que nous sommes responsables de la mise sous tension de la nouvelle chambre?

A.4. Oui

Q.5. S'il vous plaît confirmer que nous sommes responsables de la tuyauterie de réfrigération, électricité, et le montage du nouveau condenseur?

A.5. Oui

Q.6. En ce qui concerne les spécifications de dimensions intérieures: Est-ce un 95 ½ "de large par 29 ¾" intérieur profond acceptable?

A.6 Oui

Q.7. En ce qui concerne hauteur extérieure: Est-ce une chambre qui est supérieur à 96 ", mais moins de 102" est acceptable?

A.7 Oui

Q.8. En ce qui concerne la porte: Avec chambre de croissance réduite en hauteur, la hauteur de la porte doit être réduite donc est-ce qu'une "ouverture haute de la porte 52 est acceptable?

A.8 Oui

Q.9. En ce qui concerne la hauteur de la croissance par palier: est-ce que 18 "de hauteur de croissance sur les deux derniers étages et 15" de hauteur de croissance sur le palier supérieur acceptable en mode trois vitesses?

A.9 Oui

Q.10. En ce qui concerne le système de contrôle d'humidité: est-ce que des lumières de 90% qui veux dire en marche et de 75% sur les lumières RH acceptable?

A.10 Oui

Q.11. En ce qui concerne le système de contrôle d'humidité: Est-ce qu'un + / -3% HR Précision acceptable?

A.11 Oui

Q.12. Concernant le domaine de croissance: Est-ce que 18ft ² de surface de croissance par palier acceptable?

A.12 Oui

Q.13. En ce qui concerne l'intensité lumineuse, est-ce qu'il faut des intensités lumineuses plus élevées en mode deux niveaux (ex. 750µmoles / m² / s par niveau) et le mode palier unique (ex. 1100 pmol / m² / s)? Si oui, veuillez indiquer les intensités lumineuses requises?

A.13 Nos exigences sont toujours 300 ± par étage au niveau du sol (environ 6 pouces de fond de niveau)

Q.14. En ce qui concerne le système de contrôle d'humidité: Est-ce qu'un système de buses de pulvérisation une méthode acceptable pour le système d'humidification?

A.14 Oui

Q.15. Est-ce que le chariot élévateur est disponible pour et le déchargement?

A.15. oui Property Management va fournir et conduire le chariot mais préférerait un de leur représentant présent pendant que leur équipement est reçu.

Tout les autres termes et conditions demeurent les mêmes