

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Electro-Mechanical Load Frame	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23584-140008/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 23584-140008	Date 2013-09-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-024-6313	
File No. - N° de dossier TOR-3-36016 (024)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-09-12	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Somaratna, Chinthaka	Buyer Id - Id de l'acheteur tor024
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2062 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification n° 003 vise à répondre aux questions des soumissionnaires.

Question n° 8 Pour ce qui est de la « Protection des machines » à l'annexe A. Est-ce qu'une enceinte de sécurité est requise? Si oui, est-ce qu'elle doit permettre de freiner ou de ralentir un essai en cours lors de l'ouverture?

Réponse n° 8 Non, une enceinte de sécurité n'est pas requise. Il n'est pas nécessaire de freiner ou de ralentir un essai lors de l'ouverture.

Question n° 9 Pour ce qui est de la chambre thermique Instron. Est-ce qu'il doit y avoir une interface à la chambre thermique pour que le contrôle des cycles et l'établissement de la température puisse être effectués au moyen du logiciel de commande?

Réponse n° 9 Non, ce n'est pas requis.

Question n° 10 Pour ce qui est du point « EXIGENCES RELATIVES AU CONTRÔLEUR DU SYSTÈME D'ESSAI. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par « Doit avoir une capacité de contrôleur multicanaux extensible »?

- A. Est-ce que cela signifie que le contrôleur doit commander des cadres de charge multiples? Si oui, ce n'est pas habituel en électromécanique. Cependant, notre logiciel offre aussi l'option d'effectuer des essais à traverses multiples.

Réponse n° 10 Non, le contrôleur ne doit pas contrôler des cadres de charge multiples. La capacité de contrôleur multicanaux extensible n'est exigée que pour les thermocouples.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.