

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Handheld X-Ray Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation KW405-130520/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client KW405-130520	Date 2013-09-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-031-6326	
File No. - N° de dossier TOR-3-36087 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-09-18	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Schmidt, Jeff	Buyer Id - Id de l'acheteur tor031
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2058 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

KW405-130520/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor031

Client Ref. No. - N° de réf. du client

KW405-130520

File No. - N° du dossier

TOR-3-36087

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment 001 is being issued to address enquiries from potential bidders.

Q1: What kind of liquids will you be testing with the Hand Held X-Ray Detector?

R1: The Handheld X-Ray Fluorescence Detector will be used to mainly test oil and slurries samples.

Q2: What is meant by 'standardization' in Item 2.6, Annex A, Requirement?

R2: The instrument must be able to use an internal standardization system to calibrate itself (i.e. find the right frequency and elements) and use the preset calibration by the manufacturer or laboratory staff to perform the field measurements (i.e. determine the concentration of elements under investigation).