

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier Place du Portage, Phase III Core 0A1 / Noyau 0A1 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title - Sujet Single Use Bioreactor 50-200L		
Solicitation No. - N° de l'invitation 31241-138728/A		Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31241-13-8728		Date 2013-11-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-938-63779		
File No. - N° de dossier pv938.31241-138728	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-12-09		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy, Paul		Buyer Id - Id de l'acheteur pv938
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-6919 ()		FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Solicitation No. - N° de l'invitation 31241-138728/A	Amd. No. - N° de la modif. 001	Buyer ID - Id de l'acheteur pv938
Client Ref. No. - N° de réf. du client 31241-13-8728	File No. - N° du dossier pv93831241-138728	CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is raised in order to modify this Request for proposal.

At Part 1.7 Performance Testing

Delete:

- 1.7.2 Agitation rate control performance test: During the testing period of test 4.1, the agitation rate control will be tested for a set point of 20 rpm for both working volume conditions. The controller must work according to the essential specifications (section 2.4 of Annex A).
- 1.7.3 pH control performance test: After completion of tests 4.1 & 4.2, the pH control will be tested for set points of 6.0 and 8.0 pH unit for both working volume conditions. The controller must work according to the essential specifications (section 2.8 of Annex A).

Replace with:

- 1.7.2 Agitation rate control performance test: During the testing period of test 1.7.1, the agitation rate control will be tested for a set point of 20 rpm for both working volume conditions. The controller must work according to the essential specifications (section 2.4 of Annex A).
- 1.7.3 pH control performance test: After completion of tests 1.7.1 & 1.7.2, the pH control will be tested for set points of 6.0 and 8.0 pH unit for both working volume conditions. The controller must work according to the essential specifications (section 2.8 of Annex A).

All other terms and conditions remain the same