

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Système à diffraction des rayons-X	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-145793/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-14-5793	Date 2013-11-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCN-014-15687	
File No. - N° de dossier QCN-3-36200 (014)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-12-16	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lemay, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur qcn014
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2974 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment no.001**X-Rays Diffraction system****1. Amendment no 01**

Please find enclosed Amendment 01. It is to be considered part and parcel of the Tender Documents.

The amendment include:

1) Questions and answers 1 and 2

1) Questions and Answers:**Question 1:****Section 1.2.3, Goniometer Assembly Incident beam optics capable of suppressing the K-alpha-2 radiation component**

There are several ways to remove K-alpha-2 resulting in either a monochromatic parallel or divergent x-ray beam. Could you please specify the type of beam and to what resolution you would require (usually expressed as arc seconds or FWHM)?

Answer 1:

There are effectively several ways to remove or reduce the K-alpha-2. The optics on the incident beam can be used. No special resolution is required.

Question 2:**Section 1.2.3, Goniometer Assembly - Operational in both horizontal and vertical orientations to provide flexibility for future expansion of system capability**

Could we provide only one orientation?

Answer 2:

No, we need a system able to operate in both horizontal and vertical orientations. Vertical orientation is the "standard" method to take measurements but the system should be adaptable in horizontal orientation for our future needs.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

Please direct your enquiries and other communications regarding the bid solicitation to:

***Hélène Lemay
Phone: (418) 649-2974
Fax: (418) 648-2209***