

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet EMCCD Camera	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7714-155978/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W7714-155978	Date 2014-09-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-940-65448	
File No. - N° de dossier pv940.W7714-155978	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-09	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hooper, Marlyn	Buyer Id - Id de l'acheteur pv940
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-2702 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W7714-155978/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv940

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W7714-155978

File No. - N° du dossier

pv940W7714-155978

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page has been left blank intentionally.

This amendment is raised to publish all answers to the questions received as of September 2, 2014 and amend mandatory specification 3.0

Questions and Answers

Q.1 Would they consider a resolution of 1004 x 1002?

A.1 No we will only accept 1024 x 1024 pixel


Q.2 Would they consider a pixel size of 8um x 8um?

A.2 Yes it is acceptable, the specification 3.0 will be changed as follow: Maximum acceptable pixel size must be 13 to 14 micrometers.

Q.3 Would they consider a digital output format of 16-bit CameraLink?

A.3 The proposal below seems to suggest a non-FITS format output. This is not acceptable as all of our data processing is based on FITS astronomical imaging format.

Q.4 Would they consider the QE curve of our camera below?



A.4 The proposal below has a Quantum Efficiency between meets the requirement at 400nm however it does not meet the QE requirements at 550nm (the curve below suggests peak response is between 60-65%). This is not acceptable.

Delete

Mandatory Specification 3.0 in it's entirety

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-155978/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-155978

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pv940W7714-155978

Buyer ID - Id de 'acheteur
pv940
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

Insert

Mandatory Specification 3.0

Maximum acceptable pixel size must be 13 to 14 micrometers.

All other terms and conditions remain unchanged