

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet SYSTÈMES DE DÉTECTION DE RADIATIONS	
Solicitation No. - N° de l'invitation 47064-151233/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client 1000321233	Date 2014-09-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-883-65479	
File No. - N° de dossier pv883.47064-151233	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-15	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Saunders, Lynda	Buyer Id - Id de l'acheteur pv883
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-6851 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

47064-151233/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

1000321233

Amd. No. - N° de la modif.

009

File No. - N° du dossier

pv88347064-151233

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv883

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

La modification 009 est apportée afin de modifier le document de demande de proposition tel que décrit ci-dessous.

À l'**annexe C, Feuilles de description des données (DD)**, modifier tel que décrit ci-dessous :

Dans **DD 003 - Rendement du détecteur de radiations**, supprimer la Section B en entier et la remplacer par le texte suivant:

“B. Réponse géométrique (verticale)

En utilisant du Cs-137 comme source, on mesure la sensibilité du dispositif de comptage global des coups en plaçant la source à 2,5 m de la surface du panneau de détection, et à 5 hauteurs distinctes espacées de manière uniforme entre le bas et le haut de la zone de détection (de 4 à 15 pieds au-dessus de la plateforme de montage). Les calculs doivent être effectués selon la même méthode que pour les essais de sensibilité décrits ci-dessus. Les résultats doivent montrer que la réponse du détecteur est uniforme, avec un écart maximal de ± 20 %.

LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.