

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet MAILROOM X-RAY MACHINE	
Solicitation No. - N° de l'invitation 15015-141097/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 15015-141097	Date 2014-10-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-916-65633	
File No. - N° de dossier pv916.15015-141097	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-15	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Emond, Linda A.	Buyer Id - Id de l'acheteur pv916
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4014 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Questions et Réponses

1. capacité de convoyeur maximale est demandée actuellement à 250 kg/400 lbs. D'après nos recherches, 400lbs semble être une exigence inhabituelle pour un système de haut-convoyeur avec cette taille de tunnel. Une capacité de convoyeur de 352 livres serait acceptable ? Oui
2. les dimensions du tunnel sont actuellement priées d'être égale à 600 mm (w) x 400 mm (h). Un petit écart (615 x 425 mm) serait acceptable ? Oui
3. la largeur globale actuelle et la hauteur sont à un maximum de 34 pouces et 54 pouces, respectivement. Une largeur et une hauteur de 34,4 pouces et 55,1 po respectivement serait acceptables ? Oui