

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Steam Sterilizer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-150101/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-150101	Date 2014-10-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-939-65689	
File No. - N° de dossier pv939.39903-150101	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-20	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Quinn, Laurie	Buyer Id - Id de l'acheteur pv939
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3824 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

39903-150101/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv939

Client Ref. No. - N° de réf. du client

39903-150101

File No. - N° du dossier

pv93939903-150101

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment 002 is raised to incorporate the following questions and answers that were asked during the solicitation period.

Q3..Tender said that electrical power must be a mono-phase(120VAC) 60Hz, do you accept electrical power with 3 phase supply with neutral and earth other than Mono-phase?

A3. No, phase 3 is not available at CFIA's location, therefore not acceptable.

Q4. Tender said that Steam Sterilizer Must have one (1) vertical sliding door,do you accept doors open like a refrigerator door and hinge left when facing the machine.

A4. No, we will not accept door that open like a refrigerator, due to space limitations.