

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Reactor w/h integrated control	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31241-141496/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31241-141496	Date 2014-12-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-915-66074	
File No. - N° de dossier pv915.31241-141496	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-12-16	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Gosselin, Monique	Buyer Id - Id de l'acheteur pv915
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3803 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Conseil national de recherches Canada Portes 6 & 7 via Entrée Réception marchandises 6100 avenue Royalmount Montréal, Québec H4P 2R2	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

31241-141496/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv915

Client Ref. No. - N° de réf. du client

31241-141496

File No. - N° du dossier

pv91531241-141496

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page has been left blank intentionally.

This amendment is raised to publish all questions and answers received on 11th December 2014.

QUESTIONS AND ANSWERS

- Q.1**
- a) **We interpret point 19 of criteria to indicate that the application requires the addition of a non-oxygen containing gas such as N2 or CO2 delivered to the system at 1.5 bar. Is that correct?**
 - b) **Is there a specific range of delivery of this gas or any other in sLpm or mLpm?**
 - c) **Are we to assume the unit will only be used in anaerobic mode?**
 - d) **For how many gases total must the system have inputs? (Typical gases are Air, O2, N2 and CO2)**
- A.1**
- a) Yes
 - b) At least in the range of 0.35 LPM to 5.0 sLPM
 - c) In anaerobic or microaerobic mode
 - d) One
- Q.2**
- a) **In Point 20 we interpret that only one gas, the one referred to in point 19, must be able to be added to the headspace and the sparger. Is that correct?**
 - b) **What about the other gases if any?**
- A.2**
- a) Yes
 - b) One is use at a time (gas mixture), if need be, we would change the gas connected to the system via the same port.