

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Appareil vertical de controle	
Solicitation No. - N° de l'invitation H4091-144821/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client H4091-144821	Date 2014-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-939-66160	
File No. - N° de dossier pv939.H4091-144821	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-07	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Quinn, Laurie	Buyer Id - Id de l'acheteur pv939
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3824 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendement 002 est augmenté pour rendre les modifications suivantes à l'annexe "A" specifications obligatoires;

SUPPRIMER: Spécifications Obligatoires 1.6 et 1.7

INSERER: Spécifications Obligatoires

- 1.6 L'instrument doit comporter 1 porte-spécimen : des cadres métalliques rectangulaires de 560 mm de longueur sur 150 mm de largeur munis de 12 tiges supports montées sur le long des bords du rectangle conformément aux exigences des normes ISO 6940 et ISO 6941.
- 1.7 L'instrument doit comporter 1 gabarit : plats et rigides, fabriqués dans un matériau adéquat, mesurant 560 mm sur 170 mm (taille du spécimen) et comportant 12 trous le long des bords correspondant à l'emplacement des tiges du porte-spécimen.