

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Laser Diffraction Particle Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation F2408-140008/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F2408-140008	Date 2014-12-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-080-9285	
File No. - N° de dossier WPG-4-37205 (080)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-19	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Almonte, Cathleen	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg080
Telephone No. - N° de téléphone (204) 984-6664 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F2408-140008/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

wpg080

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F2408-140008

File No. - N° du dossier

WPG-4-37205

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page is left intentionally blank.

Solicitation No. - N° de l'invitation
F2408-140008/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
wpg080

Client Ref. No. - N° de réf. du client
F2408-140008

File No. - N° du dossier
WPG-4-37205

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Amendment No. 001 is hereby issued to respond to questions raised during the solicitation period.

Q1. Regarding Appendix 'C', item 2.11 – The RFP references sample weights within the 1-20 g range. However, Annex 'A' clearly indicates that the instrument will be used to process liquid samples only. Can you elaborate on what is meant by 'sample weight'? Will this be the weight of the liquid sample? The weight of the solid that will be suspended in liquid? Any information would be appreciated.

A1. The 1-20g range refers to the dry weight of the material we will have available for suspension.

If your bid has already been forwarded and you wish to revise the same, this revision should reach the Bid Receiving Unit identified before the closing date. The bid number and closing date are to be clearly identified.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.