

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet GC Mass Spectrometer	
Solicitation No. - N° de l'invitation KW405-140487/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client KW405-140487	Date 2015-01-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-009-6704	
File No. - N° de dossier TOR-4-37094 (009)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-14	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boulet, Kieta	Buyer Id - Id de l'acheteur tor009
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2078 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

KW405-140487/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

KW405-140487

Amd. No. - N° de la modif.

003

File No. - N° du dossier

TOR-4-37094

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor009

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

SEE ATTACHMENT

Amendment 003 is issued to modify Annex A and answer questions from potential bidders.

.....

At Annex A:

Delete: 3.4.10 Trap must be able to be heated from ambient to 400 °C

Insert: 3.4.10 Trap must be able to be heated from ambient to 350 °C

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

.....

Questions and Answers

Q1- Can you please confirm that the instrument being sourced is a Single Quadrupole Mass Spectrometer?

A1- Yes.

Q2- In Annex A, 3.4.10, will a trap heater temperature of 350C, which is well above the allowable temperature for EPA trapping materials, be acceptable?

A2- Yes, we will accept 350C, please see amendment to Annex A.

Q3- Part 4 – Evaluation Procedures and Basis of Selection, Section 4.1.1.1 Mandatory Technical Criteria, Item No. M7. Will the evaluation team allow references located outside the 200km location?

A3- A reference would be allowed that is >200 Km away from CCIW if the service technicians provided by the bidder to the reference are located < 200 km from CCIW as stated in 2.14 of General mandatory requirements in Annex A.