

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet GC Mass Spectrometer	
Solicitation No. - N° de l'invitation KW405-140487/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client KW405-140487	Date 2015-01-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-009-6704	
File No. - N° de dossier TOR-4-37094 (009)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-14	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Boulet, Kieta	Buyer Id - Id de l'acheteur tor009
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2078 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

KW405-140487/A

Amd. No. - N° de la modif.

003

Buyer ID - Id de l'acheteur

tor009

Client Ref. No. - N° de réf. du client

KW405-140487

File No. - N° du dossier

TOR-4-37094

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

VOIR CI-JOINT

La modification 003 a pour bût de modifier l'annexe A et répondre à des questions de soumissionnaires potentiels.

.....

À l'annexe A :

Supprimer : 3.4.10 Les pièges doivent pouvoir être chauffés de la température ambiante jusqu'à 400 °C.

Insérer : 3.4.10 Les pièges doivent pouvoir être chauffés de la température ambiante jusqu'à 350 °C.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES

.....

Questions et réponses

Q1- Pouvez-vous confirmer que l'instrument recherché est un Single Quadrupole Mass Spectrometer?

R1- Oui

Q2- À l'annexe A, 3.4.10, est-ce qu'une température de 350 °C pour le piège serait acceptable?

R2- Oui, nous accepterons 350 °C, veuillez vous référer à la modification à l'annexe A.

Q3- À la Partie 4 – Procédures d'évaluation et méthode de sélection, 4.1.1.1 Critères techniques obligatoires, No. d'article M7. Est-ce-que l'équipe d'évaluation permettra des références situés à l'extérieur de la zone de 200km?

R3- Une référence situé à plus de 200 km du CCEI sera permise si le soutien technique fourni par le soumissionnaire pour la référence est situé à moins de 200 km du CCEI, tel qu'indiqué dans l'annexe A, 2.14 Exigences générales obligatoires