

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet Autoclave		
Solicitation No. - N° de l'invitation 01913-150378/A		Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 01913-150378		Date 2015-01-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-014-4927		
File No. - N° de dossier MCT-4-37096 (014)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-01-20		Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacDonald, Charline		Buyer Id - Id de l'acheteur mct014
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6067 ()		FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Title: Autoclave**Solicitation Amendment No. 003**

This solicitation is hereby amended to provide the following question and answer:

Q12. Reference: Technical Specification 42

We understand from the solicitation amendment 02 (Q11), that sending boiling water in the sewer is not acceptable, given the local codes & material of drain piping. We agree. We have another solution which is in compliance with the objective of point 42 (scaling reduction into the boiler), which is a system made of:

- **Descal-a-matic: magnetic removal of ions from feed water**
- **Auto-Flush system: which automatically flush the boiler at startup – avoiding sending boiling water to the sewer.**

“Auto Flush for Steam Generator provides automatic flush of steam generator upon startup of sterilizer. Can be by-passed by pressing Cancel”

We are sure that will meet the objective at lower long-terms cost to the user (RO system are expensive in filters and maintenance).

Please confirm if this solution is acceptable.

A12. This solution is not acceptable. The RO system is required as it will extend the life of the autoclave.

If your bid has already been forwarded and you wish to revise same, this revision should be sent either in a sealed envelope and mailed to the above address or by facsimile (506) 851-6759 and reach the undersigned before the appropriate closing date. The solicitation number and the closing date are to be shown on the outside of the sealed envelope or on the facsimile transmission.

All other terms and conditions of the solicitation document remain unchanged.

All enquiries concerning this amendment are to be forwarded to:

Name: Charline MacDonald
Telephone No.: (506) 851-6067
Facsimile No: (506) 851-6759