

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Variable Electron Microscope	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31184-152219/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31184-152219	Date 2015-04-08
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-915-66993	
File No. - N° de dossier pv915.31184-152219	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-04-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Gosselin, Monique	Buyer Id - Id de l'acheteur pv915
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3803 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: National Research Council Canada Bldg M12 1200 Montreal Road Ottawa, Ontario K1A 0K2	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

31184-152219/A

Amd. No. - N° de la modif.

001

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv915

Client Ref. No. - N° de réf. du client

31184-152219

File No. - N° du dossier

pv91531184-152219

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette page est blanche de façon intentionnelle

Solicitation No. - N° de l'invitation
31184-152219/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31184-152219

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pv91531184-152219

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv915
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

La présente modification vise à modifier la demande de propositions (DP) et à publier toutes les questions et réponses s'y rapportant reçues le 31 mars 2015.

ANNEXE B - EXIGENCES OBLIGATOIRES RELATIVES AU MICROSCOPE A BALAYAGE ÉLECTRONIQUE À PRESSION VARIABLE

10.0. DÉTECTEUR DE DIFFRACTION D'ÉLECTRONS RETRODIFFUSES

10.21 La diffraction d'électrons rétrodiffusés doit inclure un détecteur de diffusion vers l'avant à 4 diodes.

Référence dans la proposition des entrepreneurs : _____

Toutes les autres modalités de la DP demeurent inchangées.

QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q.1 Le client souhaite-t-il obtenir un système de détecteur de diffusion vers l'avant à 4 diodes muni d'une caméra de microscope à balayage électronique à pression variable?
- R.1 Oui, le client souhaite obtenir un système de détecteur de diffusion vers l'avant à 4 diodes muni d'une caméra de microscope à balayage électronique à pression variable.