



Annexe A

Énoncé de travail (ÉT)

Entente de services dans le cadre du programme d'inspection des appareils médicaux

1. OBJECTIF

Le Service correctionnel du Canada (SCC) désire conclure un contrat avec un contractant qualifié pour fournir des services experts en inspection de l'équipement médical situé dans les établissements correctionnels fédéraux du Service correctionnel du Canada (SCC) dans la Région de l'Atlantique (la Nouvelle Écosse et le Nouveau-Brunswick).

Cette exigence requiert la fourniture d'un soutien technique au Service correctionnel du Canada (SCC) dans les établissements suivants :

- Complexe de Dorchester, secteur à sécurité minimale, Dorchester (N-B)
- Complexe de Dorchester, secteur à sécurité moyenne, Dorchester (N-B)
- Centre de rétablissement Shepody, Dorchester (N-B)
- Établissement Atlantique, Renous (N-B)
- Établissement Springhill, Springhill (N-É)
- Établissement Nova, Truro (N-É)
- Pharmacie régionale, Moncton (N-B)
- Administration régionale, Moncton (N-B)

2. MISE EN SITUATION

2.1 Description du projet

Le Secteur du Service de santé du SCC a développé un Programme d'inspection des appareils médicaux (PIAM), qui prévoit les processus et la responsabilité pour l'inspection efficace, la mise à niveau et le remplacement des appareils médicaux et l'équipement utilisés dans les cliniques du Service de santé, dans les pharmacies, les hôpitaux et à l'administration régionale (AR).

Le but du PIAM est d'assurer que les appareils médicaux et l'équipement sont sécuritaires et fonctionnels. Ce programme fournit aussi des lignes directrices pour repérer et solutionner des problèmes potentiels avec des appareils médicaux et l'équipement, qui peuvent causer des blessures aux membres du



personnel ou aux patients, tout en assurant qu'un suivi soit effectué des appareils médicaux et de l'équipement à la suite d'un évènement indésirable.

Dans le but de soutenir le PIAM, le SCC recherche les services d'experts pour effectuer une inspection annuelle de tout l'appareillage médical qui fait partie du profil de l'inspection en vertu du PIAM (ci-après « l'équipement »).

2.2 Objectifs

Dans le cadre de son mandat, le Service correctionnel du Canada (SCC) a construit et assure le maintien un grand nombre d'emplacements sécuritaires, avec des cotes de sécurité diversifiés. Dans le but d'offrir les services de santé requis à la population carcérale dans ces établissements, chacun possède une gamme étendue de systèmes médicaux et de composantes, qui constituent dans chacun de ses aspects, une infrastructure qui est indispensable à la mission et qui doit être entretenu.

À cette fin, le SCC doit octroyer un contrat de soutien technique pour l'inspection des systèmes médicaux et de l'équipement associés décrits aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

3. PORTÉE

3.1 Nature du travail

Le travail comporte la fourniture de ressources qualifiées pour effectuer l'inspection de l'équipement identifié par le SCC dans ses établissements correctionnels fédéraux (ci-après les « établissements »). Le contractant doit effectuer le travail tel que décrit à cet énoncé de travail (ÉT).

3.2 Nature des services

Le contractant doit fournir des services de soutien technique conçus pour assurer la qualité et l'efficacité de l'équipement et des composantes associées.

3.3 Équipement médical en établissement

Les appareils médicaux (équipement) situés dans une clinique du Service de santé d'un établissement peuvent être divisés en deux catégories :

1. De l'équipement qui devrait être réparé lorsqu'il cesse de fonctionner ; et
2. De l'équipement qui devrait être remplacé lorsqu'il cesse de fonctionner.



3.4 De l'équipement rendu à la fin de sa vie utile

Dans tous ces cas ci-dessus, la vie utile de l'équipement est déterminée par les recommandations du fabricant et elle est saisie par le Service de santé dans le cadre de son programme de gestion de la vie utile de l'équipement. Le technicien doit faire l'évaluation de l'état de la vie utile de chaque pièce d'équipement, selon la durée de vie recommandée par le fabricant et en fonction d'un examen physique. Si l'équipement est rendu à la fin de sa vie utile ou y est presque, le technicien doit l'indiquer sans son rapport au Chef du Service de santé ou à l'autorité de projet à l'AR.

4. PERSONNEL AFFECTÉ À L'INSPECTION

4.1 Généralités

Le contractant doit effectuer le travail en faisant appel à des ressources spécialisées ayant de l'expertise dans l'inspection de l'équipement médical (ci-après les « techniciens »).

Les techniciens du contractant devront :

1. Se déplacer aux établissements en question
2. Fournir un rapport annuel au Chef du Service de santé, au Pharmacien régional ou au gestionnaire des services cliniques et à l'autorité de projet à l'AR.

4.2 Compétences des techniciens

Chaque technicien qui effectue le travail doit être un employé du contractant ou d'un sous contractant.

Chaque technicien doit avoir réussi un des programmes reconnus suivants :

- Programme de technologue ou de technicien en électronique biomédical
- Programme de technologue ou de technicien en génie biomédical.
- Programme de technologue ou de technicien en génie électronique

Chaque technicien doit posséder au moins trois (3) ans d'expérience en matière d'inspection d'équipement médical.

4.3 Certifications des techniciens

De nombreux fabricants d'équipements médicaux offrent des programmes d'agrément pour l'inspection et le service de leurs produits. Le contractant doit



fournir des techniciens pour effectuer le travail, qui possèdent les certifications et la formation requises pour faire l'inspection de tout l'équipement indiqué aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J de ce document.

Le contractant pourra fournir les services de plus d'un technicien à un établissement en tout temps afin d'assurer que tout l'équipement soit entretenu par quelqu'un qui possède les certifications et la formation requises pour effectuer ce travail.

5. TÂCHES ET ACTIVITÉS

5.1 Équipement de vérification et outils

La responsabilité de fournir, d'inspecter, de gérer et de contrôler l'équipement requis pour effectuer les tests incombe au contractant. Une liste détaillée de l'équipement de vérification requis sera remise au Chef du Service de santé avant chaque visite en établissement.

Le SCC devra approuver tout l'équipement de vérification proposé avant qu'il soit utilisé en établissement. Ceci est justifié en raison du fait que la possession de certaines pièces d'équipement est interdite à l'intérieur d'un établissement carcéral.

5.2 Déplacement vers les établissements

Les techniciens du contractant doivent se déplacer vers les établissements que le SCC identifie comme possédant de l'équipement qui doit être inspecté. Le contractant doit prendre les dispositions pour les déplacements et l'hébergement des techniciens et il est entièrement responsable des exigences de ses techniciens en matière de voyage et d'hébergement pendant la durée du projet.

Le contractant doit s'assurer que l'établissement qui doit être visité reçoive un avis au préalable des activités d'inspection d'au moins dix (10) jours ouvrables avant la visite et que le technicien ait subi une vérification CIPC avant la date de la visite.

L'établissement affectera une personne qui doit accompagner le technicien lors de ses déplacements au sein de l'établissement. Le contractant doit s'assurer que le technicien se conforme aux directives concernant l'escorte, qui lui sont données par le Directeur de l'établissement ou par son délégué.



6. CONTRAINTES

On doit tenir compte des contraintes suivantes lors de l'exécution du travail, tel que décrit aux présentes :

6.1 Exigences de sécurité

Toute personne qui accède à un établissement correctionnel doit subir une vérification effectuée par le Centre d'information de la police canadienne (CIPC). Cette vérification obligatoire doit être amorcée au moins deux (2) semaines avant la date prévue pour accéder à l'établissement et elle doit être terminée sans que des difficultés soient signalées, avant que la personne puisse accéder à l'établissement.

Le SCC ne défrayera aucun coût supplémentaire en raison des délais causés par les exigences de sécurité.

7. LIVRABLES

Le contractant doit fournir les services suivants en rapport avec les appareils médicaux indiqués aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

- a. Les inspections sur place doivent être effectuées annuellement. L'heure de l'inspection sera déterminée après l'octroi du contrat, de concert avec le contractant, le Chef du Service de santé, le Pharmacien régional ou le Gestionnaire des services cliniques. Chaque inspection doit comporter des vérifications conformes aux normes de l'industrie pour chaque pièce d'équipement indiquée aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

L'équipement qui est soumis à l'inspection doit faire l'objet de tests pour s'assurer qu'il est conforme aux normes de contrôle de la qualité, selon les lignes directrices des fabricants.

- b. La vérification, l'inspection et la calibration des appareils électro médicaux doit être effectuée annuellement pour se conformer aux normes établies par les provinces respectives.
- c. Lors de l'inspection, il faut aider à identifier les besoins en ce qui concerne le remplacement de l'équipement existant ou l'achat de nouvelles pièces d'équipement.
- d. Lors de l'inspection, réparer toutes les problèmes avec l'équipement qui ne nécessitent pas de pièces.



- e. Le rapport écrit doit être prêt dans un délai de **trente (30) jours suivant l'inspection en établissement**, et ce rapport doit indiquer les pièces d'équipement inspectées, les problèmes repérés et/ou les réparations recommandées et ou effectuées.

Liste d'équipement

De l'équipement peut être ajouté ou retiré des listes d'équipement de temps à autre pendant la durée du contrat. Il sera loisible à l'autorité de l'établissement (le Chef du Service de santé) ou à l'autorité du projet au bureau régional d'ajouter ou de retirer des pièces d'équipement.

Les honoraires d'inspection seront révisés en raison des modifications qui ont pour effet d'augmenter de 10 % le nombre total de pièces d'équipement à être inspectées ou de 30 % dans un établissement en particulier, afin de tenir compte de la charge de travail supplémentaire ou réduite. Si cette situation se produit, l'autorité du projet demandera une proposition de prix du contractant pour le travail à effectuer.

NOTE : Cette clause ne concerne pas l'ajout ou le retrait des systèmes d'imagerie diagnostique et l'équipement. Une nouvelle proposition de prix sera requise pour l'ajout ou le retrait de cet équipement.

Temps de réponse :

Le contractant doit fournir ces services du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.

En raison de la nature de l'environnement où le travail sera effectué, les dates prévues pour les inspections/réparation sont sujettes à changement en raison des circonstances urgentes en établissement, tel le confinement en cellules, des fermetures en raison des intempéries, des exigences de sécurité ou d'autres situations d'urgence, et ceci sans frais pour le SCC. Dans ces cas, l'autorité du projet ou son représentant avisera le contractant et un nouvel horaire pour le travail sera établi.

Frais de déplacement et d'hébergement

Les frais de déplacement aller-retour aux lieux de travail du SCC et les frais d'hébergement seront défrayés par le contractant. Le transport par véhicule automobile, les permis de conduire et le coût des assurances seront défrayés par le contractant.



L'autorité du projet

Le travail sera effectué sous réserve de l'inspection et de l'approbation de l'autorité du projet ou par le Chef du Service de santé de l'établissement.

Le nom et le numéro de téléphone de l'autorité du projet seront indiqués au document contractuel.

La tâche de faire le suivi du travail, d'imposer les exigences techniques, d'approuver et d'accepter les livrables incombera à l'autorité du projet ou à son représentant désigné. Il est possible de discuter des modifications proposées à la portée du travail, mais les modifications qui s'en suivent ne sont autorisées que par amendement contractuel émis par l'autorité contractante.

ANNEXE « A » – Glossaire des termes et acronymes

| Terme | Définition |
|---------------|--|
| Contractant | Une entreprise privée à qui est octroyé un contrat pour effectuer le travail pour le Canada. |
| Équipement | L'équipement médical dans les établissements du SCC qui est visé par le profil d'inspection dans le cadre du Programme d'inspection et d'entretien des appareils médicaux. |
| Établissement | Les établissements correctionnels relevant de la compétence du Service correctionnel du Canada où les délinquants incarcérés purgent des peines de deux ans et davantage pour des infractions criminelles. Les établissements sont sécurisés et ils ne sont pas accessibles au public. |
| Technicien | Une ressource spécialisée fournie par le contractant et qui est un technicien biomédical formé, ayant l'expertise et l'expérience requises pour effectuer l'inspection de l'équipement médical. |



ANNEXE « B » – Liste des établissements du SCC et les adresses

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

Établissement Atlantique : Attention – Chef du Service de santé

13175, Route 8, C.P. 102
Renous (Nouveau-Brunswick)
E9E 2E1

Complexe de Dorchester, secteur à sécurité minimale : Attention – Chef du Service de santé

4902, rue Main
Dorchester (Nouveau-Brunswick)
E4K 2Y9

Complexe de Dorchester, secteur à sécurité moyenne : Attention – Chef du service de santé

4902, rue Main
Dorchester (Nouveau-Brunswick)
E4K 2Y9

Établissement Nova : Attention – Chef du Service de santé

180, rue James
Truro (Nouvelle-Écosse)
B2N 6R8

Établissement Springhill : Attention – Chef du Service de santé

330, rue McGee, C.P. 2140
Springhill (Nouvelle-Écosse)
B0M 1X0

Centre de rétablissement Shepody : Attention – Surveillant des soins infirmiers

4902, rue Main
Dorchester (Nouveau-Brunswick)
E4K 2Y9

Service correctionnel du Canada : Attention – Pharmacien régional ou Gestionnaire, services cliniques

Service de santé (AR – Atlantique)
1045, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1

Annexe C - Liste d'équipement Dorchester, secteur à sécurité minimale

| Article | ~~Equipment Code~~Code d'équipement~~ | ~~Institution~~Établissement~~ | ~~Location~~Localisation~~ | ~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~ | ~~Model~~Modèle~~ | ~~Serial Number~~Numéro de série~~ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Aspirateur | 221-006303 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Gomco | 300 | L10395 |
| Chauffe couverture | 221-002028 | Établissement Westmorland | Salle des médicaments | Pedigo | P-2010S | 545084-000 |
| Chaise de prise de sang | 221-002015 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Winco | 574 | 574100103 |
| Camescope avec crayon optique à angle | 221-002023 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Sometech | DCS-104T (NTSC) | DSCN-11B-061 |
| Récepteur camescope | 221-002023 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Sometech | DCSM (XGA) | DCSM-11C-029 |
| Camescope avec crayon optique droit | 221-002023 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Sometech | P101 | DCSM-11C-115 |
| Ciment dentaire Dentsply | 221-0005000 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Dentsply International | VM-D | 71970 |
| Centrifugeur | 221-002014 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Thermo Scientific | CL-2 | 42619248 |
| Compresseur | 221-009082 | Établissement Westmorland | Salle de débarras | Midmark | 2770CE50-660A | |
| Lumière de séchage | | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Coltene/Whaledent INC. | C7970100115 | 110507017 |
| Lumière de séchage | | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | 3M ESPE | Elipar S10 | 939112017014 |
| Chariot dentaire | 221-002027 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Aidec | PACI | C912329 |
| Chariot dentaire | | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Belmont | BDS0050 | 13344 |
| Contrôleur de rayons-X dentaires | 221-009079 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Belmont | 96 | EX08K0779 |
| Tête de rayons-x dentaire | 221-009079 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Belmont | 096-H | EH08K0779 |
| Électrocardiographe | 221-002006 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Welch Allyn Canada Ltd. | CP10 | 105068614163 |
| Meuleur / polisseur | 221-000535 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Red-wing | 26A | 816-227 84 |
| Ultrason interférentiel | 221-002007 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Dynatronics Research Corp. | D850PLUS | 860726 |
| Lumière d'examen | 221-002009 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Welch Allyn Canada Ltd. | LS200 | ref # 74227 |
| Lumière d'examen | 221-002008 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Welch Allyn Canada Ltd. | 48100 | |
| Écran - NIBP | 221-002013 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Critikon / Johnson & Johnson | 100V2 | 043M0299009 |



| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Écran O2 sat | 221-002017 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Masimo Corporation | RAD5 | 500255 |
| Chariot polycom de praticien | 221-001623 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Polycom | PPCE-120BP | L100614525 |
| Unité de prophylaxie | 221-000499 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Dental Equipment | 2002 | 103-05362 |
| Écran O2 sat | | Établissement Westmorland | Salle Dr | Pulse Oximeer | M50E09CS0 | 9060429 |
| Scie pour plâtre | 221-002021 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Stryker Canada | 840 | 92111273 |
| Stérilisateur | 221-002024 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | L&R | T-14B | Z85 83120 |
| Brancard | 221-002020 | Établissement Westmorland | Nurses Office | Midmark | K520 | TAV003996 |
| Table de traitement physio | 221-002005 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Cardon Rehabilitation & medical equipment | R28535 | 039-08011 |
| Appareil à vibration | | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | | | G-10-1-4-V |
| Bras pour rayons x dentaires | 221-009079 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Belmont | 096-A | EA08K0779 |
| Pompe IV | 221-009028 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Plum A+ | 84095270002 | 13898345 |
| Appareil à aérosol | 221-006303 | Établissement Westmorland | Salle des dentistes | Schuco | 5711102 | 188532 |
| Compresseur à aérosol | | Établissement Westmorland | Salle de débarras | Airlife | RT500 | 169547 |
| Écran - NIBP | 221-002026 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Critikon/Johnson & Johnson | DCP400N-CE | 2019205-001 |
| Ophtalmoscope | 221-002018 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Welch Allyn Canada Ltd. | 74710 | 92192 |
| Ophtalmoscope | | Établissement Westmorland | Salle Dr | Welch Allyn Canada Ltd. | 767 | 5290 |
| Écran de contrôle pour température | 221-002018 | Établissement Westmorland | Bureau du personnel infirmier | Welch Allyn Canada Ltd. | 690 | 4106441 |
| Écran de contrôle pour température | 221-002010 | Établissement Westmorland | Salle Dr | Welch Allyn Canada Ltd. | 690 | 09361171 |
| Lumière de séchage | | Établissement Westmorland | Salle dentistes | 3M ESPE | Elipar S10 | 939112017014 |
| Compresseur à aérosol | | Établissement Westmorland | Salle de débarras | Invacare | IRC1196 | 99H328019 |
| Chaise gériatrique | | Établissement Westmorland | Salle de débarras | AMG Medical Inc. | 770-050 | 10860-0609-0003 |
| Réfrigérateur pour vaccins | | Établissement Westmorland | Bur. Dist. Inf. | Panasonic | SR-L6111W-PA | 121101390 |
| Chaise pour assistant dentaire | | Établissement Westmorland | Salle dentistes | Belmont | 093G | 36911 |
| Chaise pour assistant dentaire | | Établissement Westmorland | Salle dentistes | Belmont | 092Q | 36910 |
| Lumière dentaire | | Établissement Westmorland | Salle dentistes | Belmont | AL501T5CR3 | AV09A0040 |
| Compresseur à aérosol | | Établissement Westmorland | Salle de débarras | Airlife | RT500 | 169547 |



Annexe D - Liste d'équipement Dorchester, sécurité moyenne

| Article | ~Equipment Code~Code d'équipement~ | ~Institution~Établissement~ | ~Location~Localisation~ | ~Manufacturer~Nom du fabricant~ | ~Model~Modèle~ | ~Serial Number~Numéro de série~ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Amalgamateur - Dentaire | 220-004041 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | L.D Caulk Comp. | VM-C | 54154 |
| Aspirateur / Appareil à succion | | Établissement Dorchester | Salle de trauma | Gomco by Allied | 405 | 20080331005 |
| Aspirateur 690 | 220-009018 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Contemporary Products | 6260 | AS21745 |
| Assemblage cam-14 | | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | GE Medical Systems | CAM-14 | RNC11015386PA |
| Support pour réfractomètre automatique | | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | NIDEK | AR20ST1 | 130493 |
| Auto refractomètre à main | | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | NIDEK | AR20 | 230454 |
| Batteries pour lampes frontales | 220-009033 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | Heine | M Pack | 2157354 |
| Appareil BIPAP | | Établissement Dorchester | Rangée | Philips | | C04772616 |
| Balayeur de la vessie | 220-009012 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Bladder Scan | 0570-0188 | PA011179 |
| Chauffe couverture | | Établissement Dorchester | Salle fournitures médicales, 1er étage | Pedigo | P-20105 | 545088-000 |
| Chauffe couverture | | Établissement Dorchester | Local d'entretien | Pedigo | P-20105 | 545088-000 |
| Écran de contrôle de tension artérielle/pouls/sat O2 | 220-009181 | Établissement Dorchester | Salle de débarras 3 ^e étage | Critikon | Dynamap Compact BP monitor | ref. 117207 |
| Écran de tension artérielle/Temp/sat O2 | 220-0090004 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | GE Medical Systems | Dynamap DPC400N-CE | 2019205-001 |
| Boîte de camescope | 220-009022 | Établissement Dorchester | Bureau du surveillant en soins infirmiers | Sometec | DCSM(XGA) | DCSM-10G-167 |
| Camescope avec crayon optique (à angle) | 220-009022 | Établissement Dorchester | Bureau du surveillant en soins infirmiers | Sometec | DCS-104T (NTSC) | DCSN-10E-217 |
| Bâton optique camescope (droit) | 220-009022 | Établissement Dorchester | Bureau du surveillant en soins infirmiers | Sometec | P101 | DCSN-11C-116 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------|
| Cassette autoclave | 220-006702 | Établissement Dorchester | Laboratoire dentaire | SciCan | 1102 | 228756A |
| Centrifuge | 220-007436 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Thermo IEC | CENTRA CL-2 | 42613405 |
| Projecteur charte | 220-009030 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | Marco | -- | 22143 |
| Air comprimé | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Belmont | 4000 | 20213 |
| Compresseur | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Dominic Hunter | DHDRD10 | 3701300004 |
| Contrôles pour appareil à rayons x | 220-009036 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | GE Medical System | 2320993 | 07115877 |
| Lumière de séchage | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Coltène/Whaledent | Coltolux 75 | 060128666 |
| Chariot dentaire | 220-009024 | Établissement Dorchester | Treatment room 1 | -- | 447192 | C912329 |
| Chaise dentaire | 220-009023 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Takara Belmont | 447193 | 012057301 |
| Instruments pour chaise dentaire | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Belmont | | 12057301 |
| Équipement dentaire | 220-09169 | Établissement Dorchester | Secteur minimal du PD - Salle dentaire | Dexis | DEXIS LLC - PLU5102C | 0134633003 |
| Lumière dentaire | 220-009025 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Belmont | AL501T | T040461 |
| Processeur pour rayons X dentaires | 220-009026 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Dell | Studio Hybrid 140g | 18HVBM1 |
| Écran mural pour le diagnostic en rayons X | 220-009035 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | GE Hualun Medical System | 600-0301 | 50997HL6 |
| Numériseur | 220-009034 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | AGFA | CR30-X | |
| Fraise - Console - chirurgical | 220-009024 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | -- | -- | -- |
| Collimateur Eclipse Proteus | 220-009038 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | GE Hualun Medical System | 2379827 | 53339HL8 |
| Appareil d'électron thérapie | 220-009015 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Chattanooga Canada | Intellect Adv | 4978 |
| Électrocardiographe | 220-009002 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | GE Medical Systems | MAC5500 | 11-41583 |
| Chariot d'urgence | 220-009042 | Établissement Dorchester | Salle de débarras 3e étage | Harloff Co. | | 46269 |
| Chauffe cadre | | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | GFC | A600 | 682 |
| Polisseuse - meuleuse - dentaire | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Red Wing | 16B | 243/10/11/044 |
| Lampe frontale | 220-009033 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | Heine | -- | 1130545 |
| Hyfrécateur | 220-000209 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Birtcher | | 2157354 |
| Machine à glace | | Établissement Dorchester | B-6 à la fin du couloir | Whirlpool | GI15NDXTB1 | EW1501128 |
| Système de diagnostic intégré | | Établissement Dorchester | Salle de trauma | Welch Allyn | GS 777 WA 7791-MX | |
| Pompe IV | | Établissement Dorchester | Salle de trauma | Hospira | 1239-104-07 | 17446358 |
| Pompe IV - infusion | 220-009001 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Hospira | 1239-104-03 | 13898441 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| Pompe IV - infusion | 220-009028 | Dorchester Institution | Salle de fournitures médicales 1er étage | Hospira | 1239-104-03 | 13898345 |
| Kératomètre | 220-006033 | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | Marco | | 21226 |
| Module au laser | 220-009037 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Chattanooga Canada | 2762CC | 2033 |
| Lensomètre | | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | Marco | 201 | M2474 |
| Lensomètre | | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | | | |
| Monte charge | | Établissement Dorchester | Rangée | Steady Aid | PWR TSA3510X | 7159 |
| Lève-personne - plancher | | Établissement Dorchester | Rangée | BHM Medical | Ergolift | ERLI2746 |
| Lève-personne - plancher | | Établissement Dorchester | Rangée | | 0102-8851 | 96511054100 |
| Appareil de levage - Bain | | Établissement Dorchester | Rangée | TR EQUIPMENT | 9650-0542020 | 1210-20929 |
| Lève personne-PATIENT-Plancher | | Établissement Dorchester | | TRE EQUIPMENT | 96511054010 | 80616861 |
| Lumière d'examen | 220-009014 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Welch Allyn Canada Ltd | 44200 | -- |
| Monsieur - Pompe | 220-002007 | Établissement Dorchester | Entreposage 1er étage | Schuco | 5711102 | |
| Écran de contrôle -sat O2 | 220-009003 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Masimo Corporation | RAD5 | 532646 |
| Écran de contrôle -sat O2 | 220-009008 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Masimo Corporation | RAD5 | 530779 |
| Moniteur - SPO2 | | Établissement Dorchester | À être confirmé | | | |
| Moniteur - SPO2 | | Établissement Dorchester | À être confirmé | | | |
| Moniteur - SPO2 | | Établissement Dorchester | À être confirmé | | | |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | Bureau del'IMI | Welch Allyn | 690 | 08272340 |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | | Welch Allyn | 690 | 11110835 |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | À être confirmé | Welch Allyn | | |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | À être confirmé | Welch Allyn | | |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | À être confirmé | Welch Allyn | | |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | À être confirmé | Welch Allyn | | |
| Moniteur - Temp | | Établissement Dorchester | Salle de trauma | Welch Allyn | 690 | 12512584 |
| Moniteur Temp | 220-009010 | Établissement Dorchester | | Welch Allyn | 690 Thermomètre | 08047847 |
| Moniteur Temp | | Établissement Dorchester | À être confirmé | Welch Allyn | | |
| Chaise ophtalmologique | 220-07672 | Établissement Dorchester | | | FX920 | 93010707007 |
| Ophthalmoscope | 220-009021 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Welch Allyn | | |
| Ophthalmoscope | 220-009006 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Welch Allyn | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|--|---------------------------|----------------------|-------------|
| Chaise ophtalmologique | 220-009031 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | Inclinable | FX920L | 93010707007 |
| Équipement optométrique | 220-09170 | Établissement Dorchester | Salle optométrique | NIDEK | | 130493 |
| Équipement optométrique | 220-07671 | Établissement Dorchester | Salle optométrique | | 7900 | 79010702014 |
| Équipement optométrique | 220-002017 | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | Masimo | | 500255 |
| Chaise pour patients | | Établissement Dorchester | Salle d'entreposage | Invacare | IH6077A | 060981 |
| Aspirateur portatif | | Établissement Dorchester | Services de santé | | L190-GR | 0813 |
| Chariot de praticien | | Établissement Dorchester | Bureau du surveillant infirmier | Polycom | PPCE-120BP | N091215032 |
| Projecteur Ophthalmic | 220-009030 | Établissement Dorchester | X-ray room | Marco | 50 | M22143 |
| Table élévatrice Proteus | 220-009038 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | GE Hualun Medical System | 2259988 | 50508HL9 |
| Console de système Proteus | 220-009038 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | GE Hualun Medical System | 2259976 | 50529HL7 |
| Système XR-A Proteus | 220-009038 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | GE Hualun Medical System | 2259973-2 | 50567HL7 |
| Pompe - Compresseur | | Établissement Dorchester | Salle de trauma | AirLife | RT500 | 169542 |
| Pompe à infusion | 220-006718 | Établissement Dorchester | Salle de fournitures médicales 1 ^{er} étage | Abbott Laboratories | PLUMXL 11555-04-01 | 11204399 |
| Pompe IV - infusion | 220-009001 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Hospira | 1239-104-03 | 13898441 |
| Tube à rayons X RAD-14 | 220-009038 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | GE Hualun Medical System | 2259981 | 95296-7U |
| Réfracteur | 220-0004032 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | Marco | RT-I | 10975 |
| Réfrigérateur | 220-007096 | Établissement Dorchester | Pharmacie | Maytag | MTB1956BEW | 11101861WD |
| Réfrigérateur - Pharmacie 17,2 p. c. | 220-07992 | Établissement Dorchester | Pharmacie secondaire | | SAN-MPR514 | 12010029 |
| Réfrigérateur - Pharmacie | 220-07993 | Établissement Dorchester | Bureau du personnel infirmier en maladies infectieuses | | SAN-SRL6111W | 120200257 |
| Stérilisateur automatique Ritter | | Établissement Dorchester | Laboratoire dentaire | Midmark | M9 UltraClave M9-022 | V546354 |
| Scie pour plâtre | 220-009016 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Stryker | 8127 | E34984 |
| Pèse personne - Patient | 220-009017 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Pelstar | 500KL | 5000005579 |
| Lampe à fente | 221-006503 | Établissement Dorchester | Salle Dr | Top Con PS-20A | SL-2E | 6211049 |
| Lampe à fente | 220-009040 | Établissement Dorchester | Salle d'optométrie | HAAG Streit | BQ900 | 10654 |
| Stérilisateur ultrasonique à semi-conducteurs | 220-000201 | Établissement Dorchester | Laboratoire dentaire | L & R Manufacturing | T-14B | 150 |
| Support – équipement d'optométriste | 220-009032 | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | Reliance Medical Products | 7900 | 79010702014 |
| Brancard | 220-006439 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Midmark | 520 | |
| Brancard Stryker | 220-009087 | Établissement Dorchester | | Stryker | 0747-000 | 1105034705 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| Brancard Stryker | 220-009088 | Établissement Dorchester | | Stryker | 0747-000 | 1105034706 |
| Table – Physio traitements | 220-009013 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Chattanooga Canada | Triton DTS TRT-600 | 2214 |
| Tonomètre | | Établissement Dorchester | Salle de rayons X | Clement Clarke | Perkins tonometer MK2 | 1999T2073 |
| Appareil à traction | | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Chattanooga Canada | 2841/3336 | |
| Chariot | | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | GE Medical Systems | MAC 5000 | SCD11051932PA |
| Applicateur à ultrasons | | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Chattanooga Canada | 27335 | 37018 |
| Nettoyeur à ultra sons | 220-07243 | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Densply | cAVITRON SPS | 119-27469 |
| Lampe ultraviolet | | Pénitencier Dorchester | Bureau du dentiste | Elipar | S10 | 939112017246 |
| Lampe d'inspection UV | | Établissement Dorchester | Salle de traitement 1 | Luxo | 0316040 | 89705 |
| Pompe à vide - dentaire | | Établissement Dorchester | Couloir à l'extérieur du bureau du dentiste | VacStar | VS20 | 208990 |
| Moniteur des signes vitaux | 220-009011 | Établissement Dorchester | Salle de traitement 2 | Welch Allyn | Spot Vital Signs Lxi | 20110201548 |
| Laveur / Désinfecteur | | Établissement Dorchester | Couloir | FRANKE | | |
| Bain à eau | | Établissement Dorchester | Bureau du dentiste | Whip Mix | | 07110195 |
| Contrôleur de rayons X | 220-009027 | Établissement Dorchester | Bureau dentaire | Belmont | 097-CM | EX10J0141 |
| Tête de rayons X | 220-009027 | Établissement Dorchester | Bureau dentaire | Belmont | 097-H | EH10J0510 |
| Imprimante de rayons X | 220-009039 | Établissement Dorchester | Salle des rayons X | Sharp AGFA | Drystar 5300 | |
| Cône régulier pour rayons X | 220-009027 | Dorchester Institution | Bureau dentaire | Belmont | 097-R | ER10J0510 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Annexe E - Liste d'équipement Centre de rétablissement Shepody

| article | ~~Equipment Code~~Code d'équipement~~ | ~~Institution~~Établissement~~ | ~~Location~~Localisation~~ | ~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~ | ~~Model~~Modèle~~ | ~~Serial Number~~Numéro de série~~ |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| ÉCRAN DE CONTRÔLE SPO2 | BMD-7967 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | O-Two Systems International Inc | 01MN1000 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE SPO2 | BMD-7968 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | O-Two Systems International Inc | 01MN1000 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE NIBP SPO2 TEMP | BMD-7963 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Welch Allyn Canada Ltd | 42NTB | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP | BMD-7964 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Welch Allyn Canada Ltd | 690 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP | BMD-7966 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Welch Allyn Canada Ltd | 690 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP TYMPANIQUE | BMD-7969 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Welch Allyn Canada Ltd | PRO4000 | |
| SPHYGMOMANOMÈTRE ANALOGIQUE | BMD-7970 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Heine | GAMMA G5 | |
| Réfrigérateur pour vaccins – unité des soins aigus | BMR-11881 | Centre de rétablissement Shepody | Unité des soins aigus | Haier (LG Electronics) | | NSA36LACG |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE NIBP SPO2 TEMP | BMD-7973 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | Welch Allyn Canada Ltd | 42NTB | |
| PÈSE PERSONNE x2 | BMD-7976 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | Health-O-Meter | 402KL | 4020079413 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP | BMD-5216 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | Welch Allyn Canada Ltd | 690 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE SPO2 | BMD-7975 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | O-Two Systems International Inc | 01MN1000 | |
| DYNAMÈTRE JAMAR | | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | | | |
| Brancard | BMD-11882 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | Techlem | 500 | TMRR1303029 |
| Réfrigérateur pour vaccins PSR | BMD-11883 | Centre de rétablissement Shepody | Unité PSR | LG | GC151RCW | |

Annexe F - Liste d'équipement Établissement Atlantique



| Article | ~Equipment Code~Code d'équipement~ | ~Institution~Établissement~ | ~Location~Localisation~ | ~Manufacturer~Nom du fabricant~ | ~Model~Modèle~ | ~Serial Number~Numéro de série~ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Réfrigérateur | 200-004118 | Établissement Atlantique | Pharmacie | | 428730 | EW3317486 |
| Réfrigérateur - vaccins | 231-004141 | Établissement Atlantique | Pharmacie | Panasonic | SR-L6111W-PA | 120700476 |
| Lecteur automatique | 231-3335 | Établissement Atlantique | D306 | 3M Attest | 305807 | 208585 |
| Défibrillateur, automatisé, E | 231-004502 | Établissement Atlantique | Couloir | | 403018 | X08B147213 |
| Électrocardiographe | 231-003476 | Établissement Atlantique | D303 | Welch Allyn Canada Ltd. | CD200 | 20004343 |
| TONOMÈTRE | 231-000285 | Établissement Atlantique | D104 | Topcon (Koenigkramer) | SL4E | 643280 |
| Lumière d'examen | 231-000273 | Établissement Atlantique | D303 | Heraeus | 55002286 | 100005 |
| Écran de contrôle - SP02 | | Établissement Atlantique | | Nonin | 8500 | 500257365 |
| Écran de contrôle - SP02 | 231-004527 | Établissement Atlantique | Unité 3 | Nonin | 8500 | 500714515 |
| Écran de contrôle NIBP-SP02- Temp- Rythme cardiaque | 231-003761 | Établissement Atlantique | | General Electric Mesystems Limited | 2009284001 | AAW080502335 |
| Pompe - Infusion | 231-001972 | Établissement Atlantique | D303 | Abbot Laboratories | XL | 11203144 |
| Pompe - Infusion | 231-004501 | Établissement Atlantique | D303 | Hospira Worldwide Inc. | 123910403 | 13898447 |
| Brancard Ferno | 231-3270 | Établissement Atlantique | Couloir | FERNO | 287857 | 785076 |
| Réfrigérateur à vaccin | 231-003427 | Établissement Atlantique | Pharmacie | Follett | 128934 | B89235-35605 |
| Chauffe couverture | 231-3582 | Établissement Atlantique | D306 | Pedigo | 398442 | 545085-00 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG- NIBP-REC-SPO2 | 231-004512 | Établissement Atlantique | Unité 3 | Dinamap | V100-PBXA-AXAA-DX | SH6111400455A |
| SUPPORT À INSTRUMENTS OPHTHALMIQUES | 231-004504 | Établissement Atlantique | D104 | Topcon (Koenigkramer) | IS2000 | 351541 |
| NETTOYEUR ULTRASONIQUE | 231-004519 | Établissement Atlantique | D308 | L & R | T14B | Q87122194T |
| STÉRILISATEUR À VAPEUR DE TABLE- | 231-001988 | Établissement Atlantique | D308 | STATim | 1102 | 228426A |
| CHAISE DENTAIRE | 231-003832 | Établissement Atlantique | D308 | DENTECH | ULTIMA2 | CM2315-3-K1 |
| APPAREIL À RAYONS X | 231-003766 | Établissement Atlantique | D308 | Sinclair Dental | BELRAY 096 | EX08K0769 |
| TABLE DE TRAITEMENT PHYSIO | 231-004508 | Établissement Atlantique | D304 | Centry Medical Dist | TRT600 | 2245 |



| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|
| APPAREIL À TRACTION | 231-004509 | Établissement Atlantique | D304 | Triton-Chattanooga | MP1 | 3358 |
| TABLE D'EXAMEN | 231-002886 | Établissement Atlantique | N'EST PAS UTILISÉ – Au sous-sol (Tunnel) | | 056-605 | 2702002001 |
| LIT ÉLECTRIQUE | 231-003076 | Établissement Atlantique | D2017 - Dry Cell | Hill Room | P8400D3867 | E086AL6139 |
| LENSOMÈTRE | 231-000281 | Établissement Atlantique | D104 | | 322056 | 322056 |
| ASPIRATEUR-PORTABLE | 231-004510 | Établissement Atlantique | Unité 3 | | L190-GR | NONE |
| SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE - Physio | 231-004506 | Établissement Atlantique | D304 | Intelect Advanced | 2762CC | 4879 |
| POMPE-COMPRESSEUR | | Établissement Atlantique | D303 | Nedquip | RT500 | 170682 |
| ASPIRATEUR | 231-004505 | Établissement Atlantique | D303 | Advantage | L190-GR | NONE |
| DÉFIB-DEA | 231-004503 | Établissement Atlantique | Hall | AEDPLUS | X08D152305 | 7478539 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-SPO2 | 231-004513 | Établissement Atlantique | Unit 3 | | 8500 | 500327436 |
| CHAISE D'OPTOMÉTRISTE | 231-004576 | Établissement Atlantique | D104 | TOPCON | | |
| Détartreur | | Établissement Atlantique | Salle D308 | South East- Henry Schein | | |
| Réfrigérateur | CSC-004229 | Établissement Atlantique | | Danby | 2306 | |
| Dr. Camescope - Otoscope | | Établissement Atlantique | D112 | Sometech Inc | DCS-104 (NTSC) | DCSM-118-059 |
| Dr. Camescope – Caméra Intra oral | | Établissement Atlantique | D112 | Sometech Inc. | DCS-P101 | DCSN-11C-118 |
| Système Dr. Camescope - C.V.P. | | Établissement Atlantique | D112 | Sometech Inc. | DCSM (XGA) | DCSM-11C-030 |
| AMD-2500 | | Établissement Atlantique | D112 | AMD Global Telemedicine | AMD-2500 | |
| AMD-3700 | | Établissement Atlantique | D112 | AMD Global Medecine | | 21151 |
| AMD-400 | | Établissement Atlantique | D112 | AMD Global Telemedicine | | |
| Bain à eau chaude | 231-308 | Établissement Atlantique | | Eagle | | |
| Tour | 231-000312 | Établissement Atlantique | D308 | BDMI | | 816-22-1287 |
| Lit d'examen | 23100-004036 | Établissement Atlantique | D112 | Global Medco Ltd. | 9105-30 | |
| Lit d'examen | 23100-004035 | Établissement Atlantique | Unit 3 | Global Medco Ltd. | 9105-30 | |
| Brancard | 231- 003579 | Établissement Atlantique | D303 | Stryker | 1007 | |
| Amalgamateur | 231-24502 | Établissement Atlantique | D308 | Caulk | | |
| Lumière – d'examen (Optique) | 231-0001697 | Établissement Atlantique | D104 | Hein | | |
| Phoropteur (Optique) | 231-001698 | Établissement Atlantique | D104 | Reichert | 11625 AR | 10806-2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| KEROMÈTRE (Optique) | 231-284 | Établissement Atlantique | D104 | Baush & Lomb | B & L 71-21-35 | 18256 |
| Microscope à double zoom (Optique) | 231-000284 | Établissement Atlantique | D104 | Amtek | CP 40 | 105072 |
| Imageur sec | 23100-004521 | Établissement Atlantique | D304 | AGFA | Drystar 5300 | |
| Proteus XR/A | 23100-004515 | Établissement Atlantique | D304 | Ge | AL01F | 02246 |
| Table à rayons X | 23100-04516 | Établissement Atlantique | D304 | GE | | |
| Numériseur | 23100-004522 | Établissement Atlantique | D304 | Agfa | CR 30-X | |
| Appareil à rayons X de poitrine | 231-289 | Établissement Atlantique | D304 | | 260-076-R | 1462 |
| Stérilisateur | 23100-004140 | Établissement Atlantique | D308 | Statim | Statim 2000 G4 | 101212j00026 |
| Réfrigérateur, Laboratoire | 23100-004141 | Établissement Atlantique | Pharmacie | Panasonic | SR-L6111W-PA | 120700476 |
| Console – appareil à rayons X | | Établissement Atlantique | D304 | GE | 2259976 | |
| Lumière ultraviolet | | Établissement Atlantique | | DSP | RADII PLUS | |
| Écran de contrôle Temp Tympanique | | Établissement Atlantique | | Welch Allyn | Braun 6021 | |
| Tube – Appareil à rayons X | | Établissement Atlantique | D304 | GE | 2269646 | |
| Écran de contrôle SPO2 | 23100 004169 | Établissement Atlantique | Unité 5 | NONIN | SPECTRO2 | 4047289 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG-NIBP-REC-SPO2 | 23100-004170 | Établissement Atlantique | Unité 5 | Welch Allyn Canada Ltd. | | 20140201184 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG-NIBP-REC-SPO2 | 23100-004172 | Établissement Atlantique | Unité 5 | Welch Allyn Canada Ltd. | | 20140201183 |
| Otto/Ophthalmoscope-portatif | 23100-004171 | Établissement Atlantique | Unité 5 | Welch Allyn Canada Ltd. | | 05259-M |
| BRANCARD-FERNO | 23100-004142 | Établissement Atlantique | Couloir | Ferno | 35X proflex | 12N232511 |
| Écran de contrôle SPO2 | | Établissement Atlantique | Unité 5 | Nonin | 8000AA | 500716022 |
| Brancard | 23001-004142 | Établissement Atlantique | Couloir | FERNO | | 238-1493-01B |
| Centrifuge | | Établissement Atlantique | Pharmacie | Unico | Power Spin FX | 250-520-02 |
| Brancard | | Établissement Atlantique | Sous-sol-pour utilisation à l'Unité 5 | FERNO | 287784 | BBB113616 |

Annexe G - Liste d'équipement Établissement Springhill



| Article | ~~Equipment Code~~Code d'équipement~~ | ~~Institution~~Établissement~~ | ~~Location~~Localisation~~ | ~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~ | ~~Model~~Modèle~~ | ~~Serial Number~~Numéro de série~~ |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| KERATOMÈTRE AMTER | 210-003190 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238714 | 01074G |
| Tête de lumière - HEINE OMEGA 180 INDIRECT OP | 210-003429 | Établissement Springhill | Optometriste | Heine | 268299 | 0/11848 |
| TOPCON MIDD CONTRÉQUILBRÉ | 210-003194 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238725 | 203100017B |
| PROJECTEUR DE CHARTE TOPCON À HALOGÈRE | 210-003193 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238723 | 262933G |
| CHAISE OPHTHALMIQUE MOTORISÉ TOPCON | 210-003191 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238717 | 222466 |
| SUPPORT OPHTHALMIQUE TOPCON | 210-003192 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238721 | 350236 |
| VÉRIFICATEUR DE VISION TOPCON | 210-003189 | Établissement Springhill | Optometriste | Topcon | 238712 | 3617864 |
| TONOMÈTRE | 210-001322 | Établissement Springhill | Optometriste | TONO-PENXL | | T5932 |
| Dina care Procare (BP temp, sat O2) | 210-005006 | Établissement Springhill | Traitement | GE | 2009284001 | AAW080502158A |
| Appareil ECG | 210-004364 | Établissement Springhill | Traitement | GE | MAC5500 | SCD10087696PA |
| Aspirateur de succion Gomco | 210-005009 | Établissement Springhill | Traitement | Gomco | 4005 | 20071218026 |
| Aspirateur de succion portable | 210-005004 | Établissement Springhill | Traitement | Devil Bless | 7305 | PD235889 |
| BRANCARD HILL ROM | 210-003427 | Établissement Springhill | Traitement | Hill Rom | 268261 | F093AW7612 |
| Pompe IV | 210-005008 | Établissement Springhill | Traitement | Hospira PlumA+ | 12910405 | 13898186 |
| Chauffe couverture | 210-005008 | Établissement Springhill | Traitement | Pedigo | P-2010S | 545087 |
| Oximètre à pulsations Nellcor NPB4 | 210-003983 | Établissement Springhill | | | 365367 | G00842987 |
| Lumière Belmont | | Établissement Springhill | dentiste | Belmont 501T | 105000 Dental Light | H71903 |
| Lumière de séchage-Densply | | Établissement Springhill | dentiste | Bobcat | 506 QHL75 | 506-30012 |
| Stérilisateur à haute vitesse | | Établissement Springhill | dentiste | Midmark | M7011 Speed Clave | MH003986 |
| Appareil ultra sonore | | Établissement Springhill | dentiste | DENSPLY | Cavitron | 11546484 |
| Gicleur à eau, fonctionnant à vide | | Établissement Springhill | dentiste | Henry Schien | | 07344-563850 |
| Chaise dentaire | | Établissement Springhill | dentiste | Belmont | X-Calibur | 73203603 |
| Tête de rayons X | 210-004318 | Établissement Springhill | dentiste | Belmont | 428384 | EH07I0201 |
| Amalgamateur | | Établissement Springhill | dentiste | Ultra Mat 2 | | 71903 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Ultrasons (physio) | 210-005015 | Établissement Springhill | | Chattanooga Canada | 2762CC Intellect Advanced | 4295 |
| Appareil à cire chaude de marque Inva care | | Établissement Springhill | | Chattanooga Canada | Para Care | 24753 |
| Appareil de chauffage à vapeur Hydro collateur | 210-005014 | Établissement Springhill | | Chattanooga Canada | Hydrocollator -2102C | 2328C |
| Système à rayons X | 210-000434 | Établissement Springhill | Rayons X | GE | 5892919 | 4034 |
| Appareil à rayons X | 210-000435 | Établissement Springhill | Rayons X | GE | 600-030 | 46335HL6 |
| Table à rayons X | 210-00436 | Établissement Springhill | Rayons X | GE | X171137 Picker | B25863 |
| Système à rayons X numérique et panoramique | 210-004213 | Établissement Springhill | Rayons X | GENDEX | Orthoralix 8500 | 35-1858143DP |
| Réfrigérateur à médicaments | | Établissement Springhill | Salle de médicaments | Sanyo | MPR721 | 11110815 |
| Table de traitement physio | | Établissement Springhill | Bureau du médecin | Chattanooga Canada | TRT400 | 11717 |
| Écran de contrôle SPO2 | | Établissement Springhill | | Nellcor Puritan Bennett | NPB40 | G00842991 |
| Dr. Camescope Intra oral Caméra télé-médecine | | Établissement Springhill | Bureau administratif | Sometech Inc | DCSN | DCSN-11C-117 |
| Dr. Camescope Oscope - Télé-médecine | | Établissement Springhill | Bureau administratif | SomeTech | DCS-104(NTSC) | DCSN-11B-058 |
| Dr. Camscope système C.V.P. - Télé-médecine Control Box | | Établissement Springhill | Bureau administratif | | DCSM(XGA) | DCSN-11B-002 |
| Ophtalmoscope | | Établissement Springhill | Bureau du médecin | Welch Allyn Canada | 767 | |
| Écran de contrôle-Temp | | Établissement Springhill | | Welch Allyn | 690 Suretemp | 743382 |
| Écran de contrôle-Temp | | Établissement Springhill | | Welch Allyn | 679 Suretemp | 3137764 |
| Ophtalmoscope | | Établissement Springhill | | Welch Allyn | 767 | |
| Ultra Sonic dentaire | | Établissement Springhill | Dentiste | L&R Medical | Quantrex140 | 196231 |
| Chariot dentaire | | Établissement Springhill | Dentiste | ADEC | | |
| Compresseur - pompe | | Établissement Springhill | Salle de traitement | Devilbiss | 5650C Pulmoaide | C170892 |
| Lumière d'examen | | Établissement Springhill | Salle de traitement | Welch Allyn | 44300/LS135 | |
| Compresseur - pompe | | Établissement Springhill | Traitement | Invacare Corp | IRC1196 - Passport | 59400000890 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Compresseur - pompe | | Établissement Springhill | Traitement | Invacare Corp | IRC1196 - PASSPORT | 59400000908 |
| Compresseur - pompe | | Établissement Springhill | Traitement | Invacare Corp | IRC1196 - PASSPORT | 59400000897 |
| Écran de contrôle-NIBP-SP02-Temp | | Établissement Springhill | | Welch Allyn | 42MTB Spot Vital | 201103450 |
| Ophtalmoscope | | Établissement Springhill | | Welch Allyn | 767 | |
| Lenmomètre | | Établissement Springhill | | Bausch & Lomb | 712655 | 512045 |
| Réfrigérateur à vaccin - RRC Réfrigérateur de laboratoire Panasonic | | Établissement Springhill | Bureau des soins infirmiers - CRR | Panasonic | SR-L6111W | 120700510 |
| Écran de contrôle-NIBP-SP02-TEMP | | Établissement Springhill | Bureau des soins infirmiers - CRR | Welch Allyn | 420 Series | 201216120 |
| Écran de contrôle-NIBP-SP02-TEMP – Tensiomètre | | Établissement Springhill | Bureau du médecin | Welch Allyn | 420 Series | 201216780 |
| Oxymètre à pulsations Nellcor N-65 | | Établissement Springhill | Bureau du médecin | Nellcor | N-65P | P12827521 |
| Réfrigérateur à vaccin - Panasonic Réfrigérateur à vaccin – Salle de traitement | | Établissement Springhill | Salle de traitement | Panasonic | | 121001043 |
| Scie à plâtre | | Établissement Springhill | Salle de traitement | BSN Medical Inc. | 0295-200 | 28330 |
| PortaCount | 004382 | Établissement Springhill | Bureau d'essais d'ajustement | Portacount Pro+ | 8038 | 80389433 |
| Appareil à émission de particules (fait partie des essais d'ajustement) | 004382 | Établissement Springhill | Bureau d'essais d'ajustement | Particle Generator | 8026 | 80263697 |
| AGFA | | Établissement Springhill | Salle à rayons X | AGFA | CF30X | 1380 |
| AGFA | | Établissement Springhill | Salle à rayons X | AGFA | Drystar 5300 | |
| Brancard Pedigo | | Établissement Springhill | Salle de traitement | Pedigo | PP7500-W-Spec | 0199025 |
| Tension artérielle/sat O2 et Temp | | Établissement Springhill | Salle de traitement/Portable | Welch Allyn | 42NTB | 201403441 |
| Écran de contrôle-NIBP-SP02-Temp | | Établissement Springhill | | Welch Allan | 42NTB | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-TEMP- TYMPANIQUE | | Établissement Springhill | | Welch Allan | 6021 | |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE-TEMP- | | Établissement Springhill | | Welch Allan | 6022 | |



| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|------------|---------|--|
| TYMPANIQUE | | | | | | |
| Pompe de compresseur | | Établissement Springhill | | Innovocorp | IRC1196 | |
| Pèse personne - Patient | | Établissement Springhill | | DET | 6437 | |
| Tonomètre | | Établissement Springhill | | CLC | MK2 | |
| Fauteuil roulant | | Établissement Springhill | | AMG | 700-631 | |
| Fauteuil roulant | | Établissement Springhill | | AMG | 700-625 | |
| Fauteuil roulant | | Établissement Springhill | | AMG | 700-621 | |
| Fauteuil roulant | | Établissement Springhill | | AMG | 700-627 | |
| Fauteuil roulant | | Établissement Springhill | | AMG | 700-632 | |

Annexe H - Liste d'équipement Établissement Nova pour femmes

| Article | ~~Equipment Code~~Code d'équipement~~ | ~~Institution~~Établissement~~ | ~~Location~~Localisation~~ | ~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~ | ~~Model~~Modèle~~ | ~~Serial Number~~Numéro de série~~ |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Amalgame séparateur | 250-001441 | Établissement Nova | Suite dentaire (salle de pompage) | Henry Schein | Solmetex/Vacstar/Internat | 25669/89824/5858009 |
| Amalgamateur | | Établissement Nova | Suite dentaire | Silamat | S5 | |
| Aspirateur | 250-001576 | Établissement Nova | Salle Tx | Gomco | 4005 | 20071218030 |
| Outil de mesure de canal | 250-001442 | Établissement Nova | Suite dentaire | Sinclair Dental | Root2XII | |
| Lumière de séchage | 250-001445 | Établissement Nova | Suite dentaire | Demetron | A.2 | |
| Chaise dentaire | 250-001449 | Établissement Nova | Suite dentaire | Xcalibur | | 94492407 |
| Lumière d'examen dentaire | 250-001446 | Établissement Nova | Suite dentaire | ALT | 508T12N | CN07L0139 |
| Balance numérique | 250-001572 | Établissement Nova | Salle Tx | Health-o-Meter | 2842KL | 7E620450000069 |
| Doppler | 250-001560 | Établissement Nova | Salle Ax | Medisonics | | FB06949 |
| Poste pour les fraises | 250-001452 | Établissement Nova | Suite dentaire | Adec Pac | 3420 | C888511 |
| ECG | 250-001458 | Établissement Nova | Salle Tx | Welch Allyn | CP2AS | 20004345 |
| Table d'examen | 250-001568 | Établissement Nova | Unité sécurisée | Midmark | Ritter 104 | |



| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Lampe d'examen | 250-001578 | Établissement Nova | Salle Tx | Luxo | | |
| Lampe d'examen | 250-001566 | Établissement Nova | Unité sécurisée | | LS-135 | |
| Source de chaleur | 250-001443 | Établissement Nova | Suite dentaire | System B | | |
| Appareil pour le chauffage des enveloppements chauds | 250-001118 | Établissement Nova | Salle Tx | | E-1 | 137706 |
| Réfrigérateur MI Réfrigérateur | 250-001467 | Établissement Nova | Salle des médicaments | Follett | Symphony series | |
| Réfrigérateur MI | 250-001557 | Établissement Nova | Salle des médicaments | Follett | REF series | |
| Pompe à infusion | 250-001577 | Établissement Nova | Salle Tx | Plum A+ | | 13897820 |
| Appareil à rayons X intraoral | 250-001450 | Établissement Nova | Suite dentaire | Gendex/Visualix | | 1514B-3945ABG |
| Module de contrôle LCM | 250-001440 | Établissement Nova | Suite dentaire | Sinclair Dental | LUX115V | |
| Nébuliseur | 250-001559 | Établissement Nova | Salle Ax | Sunmark | 4075 | 045143 |
| Oxymètre | | Établissement Nova | Salle Ax | black | | |
| Oxymètre | 250-001117 | Établissement Nova | Trousse d'urgence | | NPB40 | G03860573 |
| Oxymètre | 250-001225 | Établissement Nova | Unité sécurisée | Rad-5V | | 538887 |
| Appareil à rayons X panoramique | 250-001438 | Établissement Nova | Suite dentaire | Gendex | 8500DDE | 35-1858141DP |
| Lit de physio | 250-001460 | Établissement Nova | Salle Tx | Triton | TRT-600 | 2217 |
| Appareil de contrôle du pouls | 250-001462 | Établissement Nova | Salle Ax | Dynamap | DPC400N | 2019205-001 |
| Appareil de contrôle du pouls | 250-001265 | Établissement Nova | Unité sécurisée | Dynamap | DCP400N | SDT10110608SP |
| Brancard | 250-001457 | Établissement Nova | Salle Tx | Hill Rom | P8000 | K043AQ4641 |
| Appareil TENS | 250-001575 | Établissement Nova | Salle Tx | Physiotens | | 5330588 |
| Appareil TENS | 250-001574 | Établissement Nova | Salle Tx | Physiotens | | 447523 |
| Ultrasons thérapeutiques | 250-001460 | Établissement Nova | Salle Tx | Intelect | 2762CC | 4948 |
| Appareil de traction | 250-001460 | Établissement Nova | Salle Tx | Chatanooga | 2841 | 3317 |
| Ultraclave | 250-001455 | Établissement Nova | Suite dentaire | Ritter | Midmark M9-022 | V460343 |
| Nettoyeur ultrasonique (large) | 250-001454 | Établissement Nova | Suite dentaire | Sulton | Prosonic 1000MT | QDG020710129E |



| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|--|--------------|------------------|-------------------|
| Nettoyeur ultrasonique (petit) | 250-001444 | Établissement Nova | Suite dentaire | Densply | Cavitron GEN-131 | 9788 |
| Vibrateur | | Établissement Nova | Suite dentaire | Buffalo | No. 1A | |
| Bras pour rayons X | 250-001453 | Établissement Nova | Suite dentaire | Gendex | Expert DC | 12-1852698DP |
| Table d'examen | 25000-001381 | Établissement Nova | Salle Ax | Ritter | Midmark 222 | V1168926 |
| Fauteuil roulant (large) | 250-001459 | Établissement Nova | Unité de soins de santé | AMG | 700-631 | 100050-0512-0026 |
| Lampe d'examen | 250-001551 | Établissement Nova | Salle Ax | Welch Allyn | GS300 | |
| Thermomètre | 250-001553 | Établissement Nova | Salle Tx | Braun | Thermoscan Plus | 10105478202 |
| Thermomètre | 250-001554 | Établissement Nova | Salle Ax | Braun | Thermoscan 6022 | 11110850664 |
| Appareil de contrôle portative BP | 250-001555 | Établissement Nova | Salle d'entreposage des trousses d'urgence | Welch Allyn | 3400 | 100000050811 |
| Pèse personne - Adultes | 250-001556 | Établissement Nova | Toilette des détenues | Detecto | | |
| Système intégré de diagnostic | 250-001558 | Établissement Nova | Salle Ax | Welch Allyn | | |
| Thermomètre | 250-001563 | Établissement Nova | Salle d'entreposage des trousses d'urgence | Braun | 6022 | 11110890735 |
| Nébuliseur | 250-001565 | Établissement Nova | Unité sécurisée | Sunmark | 4075 | 040471 |
| Thermomètre | 250-001567 | Établissement Nova | Trousse d'urgence de l'unité sécurisée | Braun | Thermoscan | 11110846300 |
| Pèse personne - enfants | 250-001573 | Établissement Nova | Salle Tx | Detecto | | |
| Système intégré de diagnostic | 250-001580 | Établissement Nova | Salle Tx | Welch Allyn | | |
| Fauteuil (régulier) | 250-001570 | Établissement Nova | Salle Tx | Medline | | |
| Lumière de speculum avec chargeur | | Établissement Nova | Salle Ax | Welch Allyn | 739 series | 20100720/20100714 |
| Appareil TENS | | Établissement Nova | Salle Tx | PhysioSD | TS-1211 | 11-049683 |
| Appareil TENS | | Établissement Nova | Salle Tx | PhysioSD | TS-1211 | 11-049685 |
| Stéthoscope télé-santé | | Établissement Nova | Salle Tx | Dr. Camscope | AMD-3700 | 21150 |
| Appareil de contrôle en télé-santé | | Établissement Nova | Salle Tx | Dr. Camscope | DCSM(XGA) | DCSM-10G0169 |
| Télé-santé opthal/autoscopie | | Établissement Nova | Salle Tx | Dr. Camscope | DCS-104T(NTSC) | DCSN-10E-285 |
| Sonde à ultrasons en | 20100-004578 | Établissement Nova | Salle Tx | Dr. Camscope | DCS-P101 | DCSN-08B-341 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|---|--------------|------------------|----------------------|
| télésanté | | | | | | |
| Appareil CPAP | | Établissement Nova | Salle d'entreposage | ResMed | H5i/S9 | 22112011401/22111819 |
| Visionneuse de bureau, lumière d'arrière-plan pour rayons X | | Établissement Nova | Suite dentaire | Dux | | |
| Thermomètre | | Établissement Nova | Unité sécurisée | Braun | 6013 | 10100054947 |
| Régulateur de bonbonne d'oxygène | | Établissement Nova | Trousse d'urgence – salle d'entreposage | Medline | | |
| Régulateur de bonbonne d'oxygène | | Établissement Nova | H/C trousse d'urgence de l'unité | Medline | | |
| Sphygmomanomètre | | Établissement Nova | Salle Tx | TYCOS | | 90121134041 |
| Sphygmomanomètre | | Établissement Nova | Salle Ax | TYCOS | | 9508090077 |
| Appareil TENS | | Établissement Nova | | PhysioTens | | S330585 |
| Lecteur à balayage - vessie | | Établissement Nova | Salle de traitement | Verathon | Phanton BVI-6100 | SS03792 |
| Hydro collateur | | Établissement Nova | Salle de traitement | Chattanooga | 2402 | T7783C |
| Chauffe couverture | | Établissement Nova | Salle de traitement | Olympic | Warmette | 13507 |
| Sphygmomanomètre | | Établissement Nova | Trousse d'urgence – salle d'entreposage | Welch Allyn | analog | |
| Sphygmomanomètre | | Établissement Nova | Trousse d'urgence – salle d'entreposage | Welch Allyn | analog | |
| Chaise inclinable – optométrie | 25000-003999 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Axis Medical | CS-418 | CP-PZY-0418AJ |
| Trousse d'acuité visuelle | 25000-003998 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Huvitz | HDC9000N | 9HC00N13I0009 |
| Support ophtalmique Stand | 25000-003997 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Marco | Deluxe II | 13I0499 |
| Lampe à pupille fente - Microscope | 25000-003996 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Huvitz | HS-5000 | 5HS00013I0002 |
| Aplanation Tonomètre | 25000-003995 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Axis Medical | R-Type | 05117 |
| Cylindres phoropteurs | 25000-003994 | Établissement Nova | Bureau du médecin | Reichert | Minus | 582150613 |
| Miroir à pénombre | | Établissement Nova | Bureau du médecin | Axis Medical | Plain white | none |
| Tabouret pneumatique à examen | | Établissement Nova | Bureau du médecin | Brewer | none | 61609 |
| Fauteuil roulant (régulier) | | Établissement Nova | Salle d'entreposage | Airgo | Procare IC | |
| ECG | | Établissement Nova | Salle Tx | Welch Allyn | CP 100 | 10021867 |



| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|
| Neurologie Natus Elite - Doppler | | Établissement Nova | | Natus | 200 | ECO1776 |
| Machine de pression sanguine Dinamap V100 | 25000-001652 | Établissement Nova | Salle de traitement | Dinamap | 203172-001-219568 | SH615045495A |

Annexe I - Liste d'équipement Pharmacie régionale

| Article | ~Equipment Code~Code d'équipement~ | ~Institution~Établissement~ | ~Location~Localisation~ | ~Manufacturer~Nom du fabricant~ | ~Model~Modèle~ | ~Serial Number~Numéro de série~ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Analyseur de gaz | | Pharmacie régionale | | TSI | 8038 | |
| EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed | 201-0045554 | Pharmacie régionale | Salle d'emballage | Healthmark | Autogen | AG-009C |
| EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed | 201-004550 | Pharmacie régionale | Salle d'emballage | Healthmark | Autogen | AG-003C |
| EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed | 201-004552 | Pharmacie régionale | Salle d'emballage | Healthmark | MTS -350 | 350-TC-004 |
| EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed | 210-005023 | Pharmacie régionale | Expédition / Réception | Hunt Corporation | Bienfang | MH-00804 |
| APPAREIL À COMPTER | 201-004553 | Pharmacie régionale | Dispensaire | McKesson | Parata Accucount | NTEP CC No. 96-116A3P |
| RÉFRIGÉRATEUR | 201-005024 | Pharmacie régionale | Salle de méthadone | True Food Services | TS-49 - True | 4978832 |
| RÉFRIGÉRATEUR | 201-005025 | Pharmacie régionale | Dispensaire | True Food Services | TS-49 - True | 4947312 |
| RÉFRIGÉRATEUR | 201-004595 | Pharmacie régionale | Sous-sol | ESBE Scientific | SAN-MPR1411 | 10020036 |
| RÉFRIGÉRATEUR | 201-004551 | Pharmacie régionale | Salle de méthadone | Baxa | Baxa | 2952 |
| POMPE RÉPÉTEUR | 201-004555 | Pharmacie régionale | Salle de méthadone | Baxa | Baxa | 2039 |

Annexe J - Liste d'équipement Administration régionale

| Article | Equipment Code Code d'équipement | Institution Établissement | Location Localisation | Manufacturer Nom du fabricant | Model Modèle | Serial Number Numéro de série |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Contrôleur de caméra | | Administration régionale | | | | |
| Scopie d'examen général par vidéo | 20100-004579 | Administration régionale | | Sometech | 456384 | DCSM-11C-015 |
| Appareil manuel IntraOral DCS-P | 20100-004578 | Administration régionale | | Sometech | 456383 | DCSN-08B-341 |
| Réfrigérateur (SAN-MPR1411) | 20100-004597 | Administration régionale | Présentement en entreposage (au sous-sol de l'AR) | ESBE Scientific | 458353 | 40202019 |
| Stéthoscope téléphonique | | Administration régionale | | | AMD-3700 | |
| Stéthoscope téléphonique | | Administration régionale | | | AMD-3700 | |
| Stéthoscope téléphonique AMD | 20100-004547 | Administration régionale | | AMD | 448659 | SN 21151 |
| Stéthoscope téléphonique AMD | 20100-004548 | Administration régionale | | AMD | 448660 | SN 22150 |