

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet STANDARD RESISTOR OIL BATH		
Solicitation No. - N° de l'invitation W8486-162754/A		Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W8486-162754		Date 2015-07-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-334-67464		
File No. - N° de dossier hn334.W8486-162754		CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-07-23		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: McLaughlin, Michael		Buyer Id - Id de l'acheteur hn334
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3622 ()		FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 002 est émise afin de répondre à la question suivante:

Q1. Comme l'exigence de stabilité est de plus ou moins 0,005 degrés K, est-ce qu'il y a une exigence pour que le bain ait un afficheur inclus de plus ou moins 0,001 degrés K pour que l'opérateur puisse s'assurer que le bain réponde à l'exigence de stabilité?

A1. La réponse est non, il n'y a pas d'exigence pour le bain d'avoir un écran avec une résolution de trois décimales. Le bain est surveillé et la stabilité est vérifiée avec un SPRT indépendant.

*SPRT= standard Platinum Resistance Thermometer

LES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS