

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Environmental Chamber	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7714-166117/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W7714-166117	Date 2015-10-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-940-67839	
File No. - N° de dossier pv940.W7714-166117	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-10-05	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hooper, Marlyn	Buyer Id - Id de l'acheteur pv940
Telephone No. - N° de téléphone (613) 219-8478 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W7714-166117/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pv940

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W7714-166117

File No. - N° du dossier

pv940W7714-166117

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This page has been left blank intentionally.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-166117/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-166117

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pv940.W7714-166117

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv940
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

This amendment is raised to publish all answers to the questions received as of September 23, 2015.

Questions

- Q.1 ITEM 3.0: Throughout what temperature range do you require the 2.5C/min heating and cooling? Is this with an empty chamber? If not, what is the amount of mass (weight) and material makeup of the product and fixturing that will be in the chamber? What is description of the products that you will be testing in the chamber?
- Q.2 ITEM 11.0 Can you accomodate 230/3/60 power with 46 amps?

Answers

- A.1 The 2.5C/min heating and cooling is with the chamber empty. We hope that this rate is achievable from -40 C to + 100 C. The objects being put into the chamber are very small and the weight should not be a factor. The items are designed for a chamber like this.
- A.2 Yes we can accomodate 230/3/60 power with 46amps.

All other terms and conditions remain unchanged