



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Autoclave	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01633-150826/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01633-150826	Date 2015-10-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-005-9621	
File No. - N° de dossier WPG-5-38143 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-23	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guilford, Alison	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg005
Telephone No. - N° de téléphone (204) 228-7215 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment #001 to Solicitation No. Proposal 01633-150826/A is raised to address the following:

PART A: QUESTIONS AND ANSWERS

Q1: Are cycle temperatures from 230°F to 275°F (110°C to 135°C) and from 219°F to 275°F (104°C to 135°C) for liquid cycles acceptable?

A1: Yes, cycle temperatures from 110°C to 135°C and from 104°C to 135°C for liquid cycles are acceptable.

PART B: REVISIONS

Refer to p. 10 of 12; ANNEX A, REQUIREMENT, Technical Specifications, 1. Autoclave:

DELETE: Gravity cycles from 100-141°C; Liquids cycles from 100-135°C sterilization temperatures

INSERT: Gravity cycles from 230°F to 275°F (110°C to 135°C); Liquids cycles from 219°F to 275°F (104°C to 135°C) sterilization temperatures.

All other clauses and conditions remain the same.