



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet High Pressure Liquid Chromatography	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31970-152331/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31970-152331	Date 2015-11-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-016-9623	
File No. - N° de dossier WPG-5-38154 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-23	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hall, Marlene	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg016
Telephone No. - N° de téléphone (204) 230-0147 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This **amendment # 002** is raised to provide Canada's response to Supplier questions to **Solicitation # 31970-152331/A** as follows:

Questions and Answers

- Q1)** *Item M1.* Clarify what is meant by 2 zones. Does this mean having 2 columns in at 2 different temperatures or is it referring to the solvent temperature coming in and leaving the column?
- A1)** At least two columns can be set at two different temperatures.
- Q2)** *Item M8.* The low end value of 90V is not normal for North America. Is a more conventional spec of 110 to 230/240V acceptable?
- A2)** 100 to 230/240V is acceptable.
- Q3)** *Item M6.* Will an alternative to Evaporative light detector (ELSD) be accepted, such as Charged Aerosol Detector (CAD)?
- A3)** only ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) is acceptable, alternative detectors such as a CAD (Charged Aerosol Detector) is not acceptable.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME