



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving  
- PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Système Digital Radiographie Éclair	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W7701-166066/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W7701-166066	<b>Date</b> 2015-12-02
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCW-026-16600	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCW-5-38063 (026)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2015-12-21</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Perron, Jonathan	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcw026
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2838 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Solicitation No.  
W7701-166066/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
W7701-166066

N° de la modif - Amd. No.  
002  
File No. - N° du dossier  
QCW-5-38063

Id de l'acheteur - Buyer ID  
qcw026  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

## Modification 002

**Titre / Title: RDDC - SYSTÈME DIGITAL POUR RADIOGRAPHIE ÉCLAIR**

No. W7701-166066/A

**Inclus dans la présente modification**

**Question et addenda**

---

**Question #1:** Concernant l'amendement 001.

Est-ce que CO11 et 4.1.12 devraient être: The resolution must be 50 um **or less** with 16 bit pixel and must be 100um **or less with 16 bit pixel** ?

**Réponse #1:**

Non, la résolution **minimale** de l'intensité doit pouvoir être de 16 bits par pixel à 100µm et de 15 bits par pixel à 50µm.

### **Addenda**

**SUPPRIMER LES CRITÈRES:**

- a) 4.1.16 La sensibilité minimale du scanner doit être de 12 bits (niveau de gris).
- b) CO15 La sensibilité minimale du scanner doit être de 12 bits (niveau de gris).

**\*\*Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées\*\***