



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Automated Precipitation Gauges	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P315-150696/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 5P315-150696	Date 2016-02-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-219-7033	
File No. - N° de dossier TOR-5-38171 (219)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-22	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Gao, Feng	Buyer Id - Id de l'acheteur tor219
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2057 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 004 de l'invitation à soumissionner vise à répondre aux questions des soumissionnaires.

Question 1

La date de livraison peut-elle être prolongée au-delà du 31 mars 2016?

Réponse 1

Non, le 31 mars 2016 est la date de livraison ferme. Tous les produits livrables doivent être livrés au plus tard le 31 mars 2016.

Question 2

Relativement à l'annexe A, Spécifications obligatoires 2.4, et à l'annexe C, Évaluation technique, Exigences techniques obligatoires 1.4 : « L'instrument doit pouvoir fonctionner sans appareil de chauffage, et les composantes structurales doivent être résistantes à la corrosion. »
Désirez-vous obtenir un pluviomètre tous temps chauffé ou non chauffé? Car il y a un type de pluviomètre chauffé qui peut aussi fonctionner sans que l'appareil de chauffage ne soit allumé.

Réponse 2

Parcs Canada désire obtenir des pluviomètres automatisés non chauffés. Ces appareils seront alimentés seulement par la batterie chargée par un panneau solaire, et Parcs Canada n'a donc pas besoin d'appareils de chauffage. Le pluviomètre peut comporter un dispositif intégré doté d'une option de chauffage, mais il devrait pouvoir fonctionner sans cette fonction lorsqu'il est alimenté par la batterie chargée par un panneau solaire.

Question 3

En ce qui a trait à l'annexe A, Spécifications obligatoires 2.6, et à l'annexe C, Évaluation technique, Exigences techniques obligatoires 1.6 : « L'instrument doit être équipé d'un dispositif pare-vent intégré ou ajouté afin de fournir des données sur les précipitations fiables et ajustées en fonction du vent. Le dispositif doit être ajouté à l'instrument à défaut d'y être intégré. »
Devons-nous fournir un poteau de montage de 4 po de diamètre muni d'un dispositif pare-vent pour y fixer le pluviomètre tous temps et le dispositif pare-vent? S'il faut un poteau, de quelle longueur doit-il être : 1 mètre ou 2 mètres?

Réponse 3

Les pluviomètres seront montés à divers endroits au moyen de différentes options de montage, et Parcs Canada n'a donc pas besoin de poteaux de montage. En conséquence, le soumissionnaire retenu devrait fournir le dispositif pare-vent sans poteau de montage.

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.