



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Spectrum Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3474-162811/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W3474-16-2811	Date 2016-02-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-710-6807	
File No. - N° de dossier KIN-5-44142 (710)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-02-29	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dunphy, Ken	Buyer Id - Id de l'acheteur kin710
Telephone No. - N° de téléphone (613) 449-5116 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W3474-162811
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W3474-16-2811

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
KIN-5-44142

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN710
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La présente modification vise à fournir les réponses du Canada aux questions des soumissionnaires.

Q1. Le client a-t-il déjà une source de bruit externe qu'il envisage d'utiliser au moment de prendre les mesures? Une source de bruit est nécessaire pour tout analyseur de spectres et de signaux avec une personnalité de micrologiciel pour mesurer le facteur de bruit et le gain. Si le client n'a pas de source externe, alors nous demandons une autre clarification afin de nous assurer que notre soumission est conforme. Si une source de bruit est requise, est-elle requise dans le cadre de la soumission? Si c'est le cas, quelles spécifications (intervalle de fréquences, rapport d'excès du bruit, type de connecteur) sont requises afin d'être conforme? Le fait de simplement indiquer que l'analyseur de signaux peut mesurer le facteur de bruit au moyen d'une mise à niveau par clé logicielle seulement est une affirmation erronée. Une source de bruit externe est toujours nécessaire.

R1. Nous n'avons aucune source de bruit externe pour l'instant. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit comprise dans la soumission. Il s'agit d'un article que nous achèterons plus tard au besoin.