



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 1650, 635 8th Ave. S.W.
Calgary
Alberta
T2P 3M3

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services
Canada/Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Room 1650, 635 8th Ave. S.W.
Calgary
Alberta
T2P 3M3

Title - Sujet Thermocycler	
Solicitation No. - N° de l'invitation K4E21-150019/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K4E21-150019	Date 2016-03-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-135-6422	
File No. - N° de dossier CAL-5-38028 (135)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-08	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Denadi, Gilles	Buyer Id - Id de l'acheteur cal135
Telephone No. - N° de téléphone (403) 612-9648 ()	FAX No. - N° de FAX (403) 292-5786
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Environment Canada, Watershed Hydrology Research Division (WHERD), National Hydrology Research Centre (NHRC), 11, Innovation Blvd, Saskatoon, Saskatchewan S7N 3H5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K4E21-150019/B

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
cal135

Client Ref. No. - N° de réf. du client
K4E21-150019

File No. - N° du dossier
CAL-5-38028

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment 001 is being raised to incorporate the following information into Solicitation K4E21-150019/B:

1. In Annex "A" Requirement, in the Table listing **Mandatory Technical Specifications**:

Delete: Item 3.3:

3.3 The system must utilize band pass filters for dye discrimination. Be capable of detecting dyes that emit at 520+/-10 nm (FAM, dyes such as SYBR dye), 558+/-7 nm (VIC), and 630+/-30 nm (ROX).

Insert: Item 3.3 (amended March 2, 2016):

3.3 The system must utilize band pass filters for dye discrimination. Be capable of detecting dyes that emit at 520+/-10 nm (FAM, dyes such as SYBR dye), 558+/-7 nm (VIC).

All other terms and conditions remain the same.