



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

| | |
|---|--|
| Title - Sujet TRANSMITTER,RATE OF FLOW | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-168246/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W8482-168246 | Date 2016-03-08 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-925-69669 | |
| File No. - N° de dossier pv925.W8482-168246 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-03-23 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mirfatahi, Kaveh | Buyer Id - Id de l'acheteur pv925 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 668-2618 () | FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
W8482-168246/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8482-168246

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pv925.W8482-168246

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv925
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

Solicitation Amendment 001 is raised to include destination address and to respond to bidder questions, as follows:

QUESTIONS AND ANSWERS:

Q1: Reference the above rfq for P525-2. Please note part number given would be for Metalex flow sensor only for high pressure and temp, tungsten carbide rotor/pin, 1.25in to 12in your description shows sst rotor/pin which would be a P525-2S. Please confirm which p/n you require.

A1: The PN should be P525-2S for the stainless steel version, in line with our description and our needs.

Q2: The document requests a rate of flow transmitter, but does not specify required range of pipe diameter and fluid type. Please let us know what is required.

A2: Yes, it does say Shaft 1.25 to 12 inch.

Q3: It also specifies that the unit be a 4-blade impeller wheel type, can the unit be a non-contact clamp-on ultrasonic sensor or magnetic type as shown in the document attached?

A3: No, this implies a different form-fit-function completely and is not acceptable

Q4: Should the output from the unit be a current or voltage type output? Analog signal (4-20mA or 0-10V), or discrete 24VDC outputs?

A4: It's a Millivolt output, varies with flow

Q5: What is the temperature of the fluid in question?

A5: Low...say 5 degrees C to 15.....but the sensor is rated to a max of 149 degrees C

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.