

PLUS DE QUESTIONS ET RÉPONSES

Q5. Quelle sorte de cellule de diffusion est acceptable pour cette étude?

R5. Les cellules de diffusion statique et à débit continu sont toutes les deux acceptables. Le choix du système d'essai devrait être justifié pour la substance en particulier dans la proposition d'étude.

Q6 **Sous OT6, il n'est pas toujours possible de fournir les détails de l'étude tels que le nom de la substance chimique ou du commanditaire du projet pour des raisons de confidentialité. Est-ce suffisant de fournir une liste des études ou des protocoles/PSOs pour démontrer l'expérience?**

R6 L'information fournie devra être vérifiable. Une description brève de l'étude accompagnée de références appropriées et/ou des citations d'ouvrages publiés doit être fournie. Une liste de protocoles/PSOs n'est pas suffisante. Suffisamment de détails doivent être fournis afin de permettre une évaluation adéquate de leur conformité aux lignes directrices et leur applicabilité aux substances indiquées.