



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPSGC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Title - Sujet CCGS Louis St. Laurent Ultrasound | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation F6991-160372/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client F6991-160372 | Date 2016-07-08 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$OLZ-010-6633 | |
| File No. - N° de dossier OLZ-6-39052 (010) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-07-18 | Time Zone Fuseau horaire Newfoundland Daylight Saving Time NDT |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Connolly, Carolyn | Buyer Id - Id de l'acheteur olz010 |
| Telephone No. - N° de téléphone (709) 772-5396 () | FAX No. - N° de FAX (709) 772-4603 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
F6991-160372/A

N° de la modif - Amd. No.
001

Id de l'acheteur - Buyer ID
olz010

N° de réf. du client - Client Ref. No.
F6991-160372

File No. - N° du dossier
OLZ-6-39052

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 – AMENDEMENT 001 2

1.1 AMENDEMENT 001 2

N° de l'invitation - Sollicitation No.
F6991-160372/A

N° de la modif - Amd. No.
001

Id de l'acheteur - Buyer ID
olz010

N° de réf. du client - Client Ref. No.
F6991-160372

File No. - N° du dossier
OLZ-6-39052

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

PARTIE 1 – AMENDEMENT 001

1.1 Amendement 001

Amendement 001 est élevée à répondre aux questions suivantes :

1. Selon les spécifications de l'Annexe B, page11, le système doit soutenir des technologies de sondes telles que: convexe, linéaire, sectorielle. Pourriez-vous clarifier le nombre de sondes dont vous avez besoin et quels types nous devrions inclure dans notre prix (ex. convexe, linéaire, sectorielle etc)?

Réponse : 3 sondes d'échographie: convexe, sectorielle, linéaire

2. Le système doit avoir une gamme de fréquences de 1-15 MHz (± 1 MHz): dû au fait que la plupart des produits disponibles soutiennent une gamme de fréquences de 1-12 MHz, je me demandais s'il est acceptable de proposer un appareil d'échographie portatif répondant à toutes les spécifications avec une gamme de fréquences de 1-12 MHz?

Réponse : Acceptable d'avoir une gamme de fréquences de 1-12 MHz

3. Est-ce qu'un système d'échographie avec un poids de 11.5 lbs avec la batterie sera considérée?

Réponse : Acceptable.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES