



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Fibre Laser	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0114-175339/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0114-17-5339	Date 2016-08-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-508-6955	
File No. - N° de dossier KIN-6-46057 (508)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-09-07	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Weaver, Tammy	Buyer Id - Id de l'acheteur kin508
Telephone No. - N° de téléphone (613) 484-1809 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendement #001

Le but de cet amendement est de répondre aux questions de soumissionnaires potentiels et réviser l'Annexe "A", 2.1.

Q1. J'ai un item qui rencontre tous les critères sauf que la longueur d'onde d'émission est 1070nm au lieu de 1064nm exigé dans la demande de proposition (DDP)

Lors de la discussion avec l'OEM, le fabricant mentionnait qu'il n'y a pas une différence notable pour des applications lasers avec une émission à 1070nm comparé à celle à 1064nm.

Est-ce que le client accepterait d'opérer à une longueur d'onde de 1070nm ?

R1. Une longueur d'onde de 1070nm est acceptable. L'Annexe "A" fut révisée.

Q2. Un des critères est que l'item doit avoir une mise en rack de 3 unités (3U) de hauteur. Est-ce que le client accepterait un item ayant une mise en rack de 5U de hauteur ?

R2. Non, l'item ne peut pas excéder une hauteur de 3 unités (3U). L'espace du laboratoire est très limité et plutôt restreint pour l'emplacement de l'équipement. Il existe déjà une pièce d'équipement sur la monture à fixation et pour cette raison nous devons restreindre la hauteur à 3 unités (3U), tel que spécifié.

RETRAITS & INSERTIONS

#1. Sous l'Annexe "A"

#1a. Veillez enlever: Laser à fibres à l'Ytterbium 100W ($\lambda = 1064$ nm)

Veillez insérer: Laser à fibres à l'Ytterbium 100W ($\lambda = 1064$ nm)

#1b. A l'item 2.1:

Veillez enlever: Longueur d'onde d'émission laser: Centré autour de 1.064 μ m

Veillez insérer: Longueur d'onde d'émission laser: Centrée à une longueur d'onde située entre 1064 nm et 1070 nm

Tous les autres termes et critères demeurent inchangés