



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC**  
**11 Laurier St./ 11 rue, Laurier**  
**Place du Portage, Phase III**  
**Core 0B2 / Noyau 0B2**  
**Gatineau, Québec K1A 0S5**  
**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier  
6B1, Place du Portage  
Gatineau, Québec K1A 0S5

|   |  |
|---|--|
| <b>Title - Sujet</b><br>RADIO-ISOTOPE IDENT. DEVICES  |  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>W8476-175511/A  | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>001  |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>W8476-175511   | <b>Date</b><br>2016-09-28  |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$\$PV-896-71567  |  |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>pv896.W8476-175511   | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>   |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2016-10-31</b>  | <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Eastern Daylight Saving<br>Time EDT |
| <b>F.O.B. - F.A.B.</b><br><b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Beach, Isabelle  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>pv896                                      |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(613) 867-0709 ( )  | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>(819) 956-3814                                     |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>   |  |

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

|  |  |
|--|--|
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>  | <b>Delivery Offered - Livraison proposée</b> |
| <b>Vendor/Firm Name and Address</b><br><b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>   |  |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br><b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>   |  |
| <b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b><br><b>(type or print)</b><br><b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b><br><b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b> |  |
| <b>Signature</b>   | <b>Date</b>                                  |

**PWGSC**  
**Radio-Isotope Identification Devices – Request for Proposal (RFP), Amendment 001**

*This amendment is raised to modify and update the RADIO-ISOTOPE IDENTIFICATION DEVICES, Solicitation No. W8476-175511/A, dated 19 September 2016*

---

**QUESTION 001:**

Will a bidder be considered if they submit a bid for only 1 (Basic RIID or High Resolution RIID) type of radio-isotope device and does not submit a bid with both the basic RIID and high resolution RIID?

**ANSWER:**

A single system will be considered if and only if it meets ALL the requirements of BOTH variants sought. Specifically, the single system would need to provide the higher energy resolution (as defined in Appendix A Section 1.10 Para A53), the higher energy sensitivity (as defined in Appendix A Section 1.11 Para A62), and provide neutron detection, normally a requirement only for the high resolution variant (as defined in Appendix A Section 1.12 Para A70).

---