



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
219 - 800 Burrard Street
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

Title - Sujet Ultracentrifuge	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01550-170510/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 01550-170510	Date 2016-10-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VAN-532-7867	
File No. - N° de dossier VAN-6-39154 (532)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-11-01	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Takasaki, Alan H.	Buyer Id - Id de l'acheteur van532
Telephone No. - N° de téléphone (604) 775-7605 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-7526
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation #: 1550-170510/A

Question 1:

Under the (3.0) Technical Specifications System Criteria (A) point # 8, does the statement "must have a rotor that can spin 100 x 1 tubes" refer to the fact that the customer:

1. Requires such rotor to be included in the proposal?
2. Or does the customer merely state that they'd like to have an ultracentrifuge that can fit such a rotor?

Also, does the customer require any other rotor?

Response 1:

8. Must include two rotors. One rotor must be capable of centrifuging 100 x 1 ml samples, the second rotor must be capable of centrifuging 8 x 6 ml samples.

The above referenced solicitation amended as follows:

PART 6

6.4.2 Shipping Instructions – Free on Board Destination

Delete: Attn: Jean Chisholm

Insert: Attn: Joan Chisholm

Annex A – REQUIREMENT

3.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS

A. SYSTEM CRITERIA

Delete:

8. Must have a rotor that can spin 100 X 1 ml tubes.

Insert:

8. Must include two rotors. One rotor must be capable of centrifuging 100 x 1 ml samples, the second rotor must be capable of centrifuging 8 x 6 ml samples.

N° de l'invitation - Solicitation No.
01550-170510/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01550-170510

N° de la modif - Amd. No.
A002
File No. - N° du dossier
VAN-6-39514

Id de l'acheteur - Buyer ID
VAN532
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

FORM B: Substantiation of Technical Compliance Form**Delete:**

3.0 A.8 Must have a rotor that can spin 100 X 1 ml tubes

Insert:

3.0 A.8. Must include two rotors. One rotor must be capable of centrifuging 100 x 1 ml samples, the second rotor must be capable of centrifuging 8 x 6 ml samples.

All other terms and conditions of the above referenced Solicitation remain unchanged.

N° de l'invitation - Solicitation No.
01550-170510/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01550-170510

N° de la modif - Amd. No.
A002
File No. - N° du dossier
VAN-6-39514

Id de l'acheteur - Buyer ID
VAN532
N° CCC / CCC No. / N° VME - FMS

NOTE TO BIDDERS: Please use ONE of the two mailing labels below and affix it securely to the outside of the envelope or package containing your bid submitted by mail or courier. Always ensure your company name, return address, open bidding solicitation number and closing date appear legibly on the outside of your bid submission.

AVIS AUX FOURNISSEURS: Pour le retour par la poste ou par messenger, veuillez utiliser UNE des étiquettes d'envoi ci-dessous et apposez-la à l'extérieur de votre enveloppe ou du colis contenant votre offre. Assurez-vous que le nom de votre compagnie, l'adresse de retour, le numéro de l'invitation ouverte à soumissionner et la date de clôture soient lisibles à l'extérieur de votre offre.

Bid Receiving
Public Works & Government Services Canada
219 - 800 BURNARD STREET
VANCOUVER BC V6Z 0B9

Solicitation No. : 01550-170510/A A002

Solicitation Closes at: 2:00 PM PT
On November 01, 2016

Réception des soumissions
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
800 rue Burrard, 219
Vancouver (C.-B) V6Z 0B9

N° de l'invitation : 01550-170510/A A002

La réception des soumissions prend fin le: 01 novembre 2016
à: 14:00 PT
