



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Four à tube rotatif	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31026-165796/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31026-165796	Date 2016-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-060-14093	
File No. - N° de dossier MTA-6-39160 (060)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-07	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brunet, Luc	Buyer Id - Id de l'acheteur mta060
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3370 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

APPORTER À LA DEMANDE DE PROPOSITION LA MODIFICATION SUIVANTE:

L'objet de la modification 002 est de:

- a) Questions et réponses : Répondre aux questions soumises

A) QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1 : Quelle atmosphère ou atmosphères seront utilisés dans ce processus? Débit de gaz?
R1 : Gaz protecteurs / inertes, débit standard pour purger régulièrement le tube
- Q2 : Est-ce le rotatif à utiliser uniquement comme un processus de traitement par lots ou souhaitez-vous également exécuter en continu?
R2 : Uniquement en lot
- Q3 : Quels sont les gaz d'échappement et le traitement sera-t-il nécessaire?
R3 : Le CNRC veillera à ceci
- Q4 : Le système sous vide ne permet pas au tube de tourner – Confirmez.
R4 : Non, le four tournant doit pouvoir fonctionner sous vide pendant la rotation. L'unité de vide sera fournie par NRC
- Q5 : Le système sous haute pression ne permet pas le fonctionnement des joints. –Confirmez.
R5 : Non, le système doit pouvoir fonctionner jusqu'à 5 psi sous rotation
- Q6 : Des tests ont-ils été effectués en rotation?
R6 : Oui, sur un four rotatif à échelle de laboratoire tel qu'indiqué sur la sollicitation
- Q7 : La longueur maximale du système est de 2 mètres, par contre vous avez la longueur maximale du tube à 2,5 mètres.
R7 : 2 mètres maximum correspondent au four de chauffage lui-même et 2,5 mètres maximum seulement au tube

Nous vous demandons d'inclure une copie de cette modification à votre soumission

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.