



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
219 - 800 Burrard Street
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

Title - Sujet STEREO MICROSCOPE	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23584-170729/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23584-170729	Date 2016-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VAN-800-7910	
File No. - N° de dossier van800.23584-170729	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-05	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Costa, Michaela	Buyer Id - Id de l'acheteur van800
Telephone No. - N° de téléphone (604) 775-7691 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation: 23584-170729/A

Question 1 :

Dans l'annexe A, sous Spécifications et composants obligatoires, le point f) indique « Graticules pour oculaires ».

- 1) Quel(s) type(s) de graticule oculaire faut-il?
- 2) Faut-il un ou deux graticules par paire d'oculaires?

Réponse 1 :

- f) 1) Graticule avec graduation micrométrique horizontale, 10 mm avec 100 parties.
2) Un graticule par paire d'oculaires.

Question 2 :

Tube ergonomique – la spécification obligatoire est de 0° à 45°. Est-ce que de 5° à 45° est acceptable?

Réponse 2 :

- g) Un tube trinoculaire ergonomique avec angle d'observation variable de 5° à 45° est acceptable.

Question 3 :

Appareil photo numérique – la spécification obligatoire est de 35 images par seconde (en mode HDMI). Est-ce que 30 images par seconde sont acceptables?

Réponse 3 :

- j) Un appareil photo numérique à 30 images par seconde est acceptable.

Question 4 :

Logiciel de saisie d'images à empilements en Z –

- 1) Faut-il que l'empilement se fasse automatiquement avec colonne motorisée ou peut-il se faire manuellement?
- 2) Faut-il aussi prévoir la capacité de créer une image 3D et faut-il prévoir la capacité de mesure pour l'image 3D (p. ex. mesure de hauteur d'échelon)? L'empilement manuel ne permet pas d'image 3D ou de mesure d'image 3D.

Réponse 4 :

- k) 1) Le logiciel de saisie d'images à empilements en Z doit faire l'empilement automatiquement avec colonne motorisée.
2) La production d'images 3D n'est pas requise.

La demande de propositions susmentionnée est modifiée comme suit:

ANNEXE « A » - BESOIN

2.0 SPÉCIFICATIONS ET COMPOSANTS OBLIGATOIRES

Supprimer:

- f) Graticules pour oculaires
- g) Tube trinoculaire ergonomique avec angle d'observation variable d'au moins 0° à 45°.
- j) Appareil photo numérique attaché au microscope, 1080 p; taille supérieure ou égale à mégapixels et 35 images par seconde, pour visualiser des images haute définition en direct et capter des images haute définition dans un format non exclusif, y compris les formats TIFF et JPEG.

- k) Logiciel de caméra permettant de voir des images en direct, d'enregistrer des images fixes et de combiner les images pour la photographie poly focale (saisie d'images à empilements en Z). Tout le logiciel et le matériel doivent être compatibles avec Windows 7.

Insérer:

- f) Graticules avec graduation micrométrique horizontale, 10 mm avec 100 parties. Un graticule par paire d'oculaires.
- g) Tube trinoculaire ergonomique avec angle d'observation variable d'au moins 5° à 45°.
- j) Appareil photo numérique attaché au microscope, 1080 p; taille supérieure ou égale à mégapixels et au moins 30 images par seconde, pour visualiser des images haute définition en direct et capter des images haute définition dans un format non exclusif, y compris les formats TIFF et JPEG.
- k) Logiciel de caméra permettant de voir des images en direct, d'enregistrer des images fixes et de combiner les images pour la photographie poly focale (saisie d'images à empilements en Z). Le logiciel de saisie d'images à empilements en Z doit faire l'empilement automatiquement avec colonne motorisée. Tout le logiciel et le matériel doivent être compatibles avec Windows 7.

FORMULAIRE B: Formulaire d'attestation de la conformité technique

2.0 SPÉCIFICATIONS ET COMPOSANTS OBLIGATOIRES

Supprimer:

- f) Graticules pour oculaires
- g) Tube trinoculaire ergonomique avec angle d'observation variable d'au moins 0° à 45°.
- j) Appareil photo numérique attaché au microscope, 1080 p; taille supérieure ou égale à mégapixels et 35 images par seconde, pour visualiser des images haute définition en direct et capter des images haute définition dans un format non exclusif, y compris les formats TIFF et JPEG.
- k) Logiciel de caméra permettant de voir des images en direct, d'enregistrer des images fixes et de combiner les images pour la photographie poly focale (saisie d'images à empilements en Z). Tout le logiciel et le matériel doivent être compatibles avec Windows 7.

Insérer:

- f) Graticules avec graduation micrométrique horizontale, 10 mm avec 100 parties. Un graticule par paire d'oculaires.
- g) Tube trinoculaire ergonomique avec angle d'observation variable d'au moins 5° à 45°.
- j) Appareil photo numérique attaché au microscope, 1080 p; taille supérieure ou égale à mégapixels et au moins 30 images par seconde, pour visualiser des images haute définition en direct et capter des images haute définition dans un format non exclusif, y compris les formats TIFF et JPEG.
- k) Logiciel de caméra permettant de voir des images en direct, d'enregistrer des images fixes et de combiner les images pour la photographie poly focale (saisie d'images à empilements en Z). Le logiciel de saisie d'images à empilements en Z doit faire l'empilement automatiquement avec colonne motorisée. Tout le logiciel et le matériel doivent être compatibles avec Windows 7.

Toutes les autres conditions de la demande de proposition susmentionnée demeurent inchangées.

N° de l'invitation - Solicitation No.
23584-170729/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
23584-170729

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
van800.23584-170729

Id de l'acheteur - Buyer ID
VAN800
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

NOTE TO BIDDERS: Please use ONE of the two mailing labels below and affix it securely to the outside of the envelope or package containing your bid submitted by mail or courier. Always ensure your company name, return address, open bidding solicitation number and closing date appear legibly on the outside of your bid submission.

AVIS AUX FOURNISSEURS: Pour le retour par la poste ou par messenger, veuillez utiliser UNE des étiquettes d'envoi ci-dessous et apposez-la à l'extérieur de votre enveloppe ou du colis contenant votre offre. Assurez-vous que le nom de votre compagnie, l'adresse de retour, le numéro de l'invitation ouverte à soumissionner et la date de clôture soient lisibles à l'extérieur de votre offre.

**Bid Receiving
Public Works & Government Services Canada
219 - 800 BURNARD STREET
VANCOUVER BC V6Z 0B9**

Solicitation No.: 23584-170729/A A001

**Solicitation Closes at: 2:00 PM PT
on January 5, 2017**

**Réception des soumissions
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
800 rue Burrard, 219
Vancouver (C.-B) V6Z 0B9**

N° de l'invitation : 23584-170729/A A001

**La réception des soumissions prend fin le: 05 Janvier 2017
à: 14:00 PT**