



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Rotating tube furnace	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31026-165796/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 31026-165796	Date 2016-12-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-060-14093	
File No. - N° de dossier MTA-6-39160 (060)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2016-12-07	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brunet, Luc	Buyer Id - Id de l'acheteur mta060
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3370 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

THIS REQUEST FOR PROPOSAL IS HEREBY AMENDED AS FOLLOWS

The Amendment 002 is raised to:

- a) Questions and answers: Provide answers to questions submitted by bidders

.....

a) QUESTIONS AND ANSWERS:

- Q1: What Atmosphere or Atmospheres will be utilized in this process? Gas flow rates?
A1: Protective /inert gases, standard flow rates to purge regularly the tube
- Q2: Is the rotary to be used only as a batch process or would you also like to run continuous?
A2: Only as a batch process
- Q3: What are the off gases and will treatment be required?
A3: NRC will take care of that
- Q4: The system under vacuum will not allow the tube to rotate – Correct?
A4: No, the rotating furnace must be capable of operating under vacuum during rotation. The vacuum unit will be supplied by NRC
- Q5: The system under high pressure will not allow the seals to function. Correct?
A5: No, the system should be able to run up to 5 psi under rotation
- Q6: Have any test been performed in a rotary?
R6: Yes, on a lab scale rotary furnace as indicated on the solicitation
- Q7: The maximum length of the system is 2 Meters yet, you have the maximum length of the tube at 2.5 Meters?
A7: 2 meters maximum correspond to the heating furnace itself and 2.5 meters maximum only to the tube

You are requested to submit a copy of this modification with your bid.

All other terms and conditions remain unchanged.