

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2 / Noyau 0B2 Gatineau, Québec K1A 0S5 Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division / Division de l'équipement scientifique, des produits photographiques et pharmaceutiques 11 Laurier St./ 11 rue, Laurier 6B1, Place du Portage Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet						
Benzene Analyzer Solicitation No N° de l'invitation		١.	_			
23145-170582/A			Amendment No N° modif.			
Client Reference No N° de référence du client			Date			
23145-170582		2016-12-14				
GETS Reference No N° de référence de SEAG			2010-12-14			
PW-\$\$PV-926-71982						
File No N° de dossier pv926.23145-170582 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME						
Solicitation Closes - L'invitation prer at - à 02:00 PM on - le 2017-01-10			n	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST		
F.O.B F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: Destination: Other-Autre:						
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur			
Buller, Julie			pv926			
Telephone No N° de téléphone			FAX No N° de FAX			
(873) 469-3237 ()			(819) 956-3814			
Destination - of Goods, Services Destination - des biens, services						

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur	/de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign	gn on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à si	gner au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en cara	ctères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



La présente modification (001) est effectuée pour répondre aux questions suivantes des soumissionnaires.

- Q1: Dans l'annexe A, tableau 1, est-ce que "C2H40" représente acétaldéhyde, oxyde d'éthylène, ou alcool vinylique?
- R1: Dans le tableau 1, C2H4O représente l'acétaldéhyde.
- **Q2:** Est-ce nous devons fournir des régulateur de pression pour des cylindres à gaz pressurisé?
- **R2:** Ressources Naturelles est responsable pour la fourniture des régulateur de pression des gaz de calibration.
- Q3: Section 1.4 Veuillez confirmer l'espace disponible pour le système? Est-ce qu'il doit être fixé sur un mur, autonome?
- R3: Selon l'item 1.9 dans la partie 2.1 de l'Annexe A, "L'instrument DOIT être construit d'une manière qu'il puisse être monté sur bâti 19po. Tout ce qui est nécessaire pour ce faire DOIT être inclus. ». La hauteur maximum doit être de 8 unités standardisé (cf EIA-301 de « Electronics Components Industry Association ») soit 14 po.
- **Q4:** Quelle est la distance entre le système et l'endroit ou l'échantillon sort du conduit principal?
- **R4:** La distance entre le conduit principale et l'analyseur de benzène est inférieur ou égal a 3m.
- **Q5:** Veuillez confirmer la pression statique à l'endroit ou les gaz sort de l'analyseur.
- **R5:** Tout les gaz qui rentrent dans l'analyseur (échantillon, calibration, ou autres gaz nécessaire pour la fonctionnement de l'analyseur) doivent être réintroduit dans le conduit principale. La pression dans le conduit principal est noté dans la partie 1.1 de l'annexe A : « une pression légèrement (~200 Pa) au-dessous de l'ambient »
- **Q6:** Veuillez indiquer la température ambiante aux endroits où l'analyseur et la ligne d'échantillon seront situés.
- **R6:** La température ambiante dans le laboratoire (où l'analyseur et les conduits amenant les gaz à analyser jusqu'à l'analyseur seront situés) est de 20°C ±5°C.

LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS RESTENT TOUTES INCHANGÉS.