



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6B1, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Benzene Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23145-170582/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23145-170582	Date 2016-12-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-926-71982	
File No. - N° de dossier pv926.23145-170582	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-10	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Buller, Julie	Buyer Id - Id de l'acheteur pv926
Telephone No. - N° de téléphone (873) 469-3237 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment 001 is raised to answer the following questions:

- Q1:** In Annex A, table 1, is the "C₂H₄O" acetaldehyde, ethylene oxide, or vinyl alcohol?
- A1:** In Table 1, C₂H₄O refers to acetaldehyde.
- Q2:** Do we have to supply the gas cylinder pressure regulators?
- A2:** Gas cylinder pressure regulators will be provided by Natural Resources Canada.
- Q3:** Will it be wall mount, stand alone?
- A3:** Item 1.9 in the table in Part 2.1 of Annex A states "The system MUST have a form factor and hardware permitting mounting in a standard 19" rack."
The maximum height should be 8 "rack units" = 14" according to the Electronic Components Industry Association EIA-310 standard.
- Q4:** Indicate distance between system and sample take off point.
- A4:** The distance between the main exhaust duct and the benzene system is no more than 3m.
- Q5:** Confirm static pressure of vent point for the system vent.
- A5:** All gases entering the analyzer (sample, calibration, or others required for operation) are to be vented back into the main sample duct. The pressure in the main sample duct is stated in Annex A, Part 1.1 as "slightly below (~200 Pa) ambient pressure."
- Q6:** Indicate ambient temperature where the system will be and the sample line.
- A6:** The ambient temperature in the laboratory where the system and sample line are located is 20°C ±5°C

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.