



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Growth Chambers	
Solicitation No. - N° de l'invitation A7100-163562/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client A7100-163562	Date 2016-12-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-016-10087	
File No. - N° de dossier WPG-6-39207 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-27	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hall, Marlene	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg016
Telephone No. - N° de téléphone (204) 230-0147 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Wills Transfer Ltd. 3100 Swansea Crescent Ottawa, ON K1G 3W4 c/o Claudette Weedmark	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
A7100-163562/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
A7100-163562

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
WPG-6-39207

Buyer ID - Id de l'acheteur
wpg016
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This **amendment # 001** is raised to provide Canada's response to Supplier's question to **Solicitation # A7100-163562/A** as follows:

- Q1. It states that the width of the chamber can only be 32.5 inches \pm 3in. Is this a hard constraint? Or would it be possible to have the chamber be extended to a width of 41.75 inches \pm 3 inches?
- A1. There is not enough space to accommodate the additional width for this equipment. The dimensions indicated in the specifications are a hard constraint.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME