



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Analyseur de Flux Extracellulaire	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01755-170847/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01755-17-0847	Date 2017-01-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-550-14152	
File No. - N° de dossier MTA-6-39271 (550)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-25	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guernon (mta550), Émile	Buyer Id - Id de l'acheteur mta550
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3585 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
01755-170847/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01755-170847

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-6-39271

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA550
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

APPORTER À LA DEMANDE DE PROPOSITION LA MODIFICATION SUIVANTE
--

QUESTION ET RÉPONSE REÇUE A CE JOUR POUR CE PROJET :

Q-1

Le nombre de cellules se rapportait au nombre d'échantillons individuels que vous aimeriez exécuter par dosage, mais vous n'avez pas mentionné le nombre de puits. Combien de puits avez-vous besoin? Nous avons deux analyseurs de différence avec 8 et 24 puits, lequel d'entre eux est approprié pour vous?

R-1

Un analyseur à 8 puits au minimum.

Nous vous demandons d'inclure une copie de cette modification à votre proposition.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés.