



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Gel Imaging System | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-170696/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 39903-170696 | Date 2017-01-20 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-006-10070 | |
| File No. - N° de dossier WPG-6-39150 (006) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-01-27 | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input checked="" type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Graham, Danielle | Buyer Id - Id de l'acheteur wpg006 |
| Telephone No. - N° de téléphone (204) 292-2872 () | FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Canadian Food Inspection Agency Winnipeg Laboratory c/o PHAC Unit 41 - 820 Berry St. Winnipeg MB R3H 1H2 | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
39903-170696/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
39903-170696

N° de la modif - Amd. No.
004
File No. - N° du dossier
wpg-6-39150

Id de l'acheteur - Buyer ID
wpg006
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La **modification n° 4** est apportée pour répondre à des questions sur l'invitation à soumissionner **no. 39903-170696/A**:

Question 1: Dans les spécifications techniques 6.2, l'utilisateur est-il ouvert à la trans-illumination pour cette longueur d'onde? En outre, cette longueur d'onde ne provoque pas de lumière UV dans le détecteur ni de bruit plus élevé. La lumière UV est de 10nm à 400nm. Cette spécification a une fausse remarque en ce qui concerne cette longueur d'onde.

Réponse 1: Nous accepterons l'utilisation de trans-illumination pour voir les images. La remarque de longueur d'onde uv, le vendeur cite que "fausse remarque" doit être lu dans le contexte et l'intégralité. Trans-illumination est simplement le brillant de la lumière à travers un échantillon. Nous devons veiller à ce que l'échantillon ne soit pas endommagé en visualisant l'ARN / ADN sous la lumière UV. Il existe un certain nombre de colorants qui permettront la transillumination non-uv. Le vendeur DOIT avoir une de ces fonctionnalités.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMENTENT INCHANGÉES