



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC**
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Autoclave	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-170076/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-170076	Date 2017-01-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-925-72171	
File No. - N° de dossier pv925.39903-170076	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-02-14	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mercier, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur pv925
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2957 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 002

Cette modification est émise afin de répondre aux questions suivantes :

Question 1. Quel est le niveau de biosécurité du laboratoire dans lequel sera installé cet autoclave?

Réponse 1. Le laboratoire est une installation de niveau de confinement 3 typique; il compte deux enceintes de biosécurité et toutes les bouches d'évacuation sont raccordées à un système de décontamination des effluents.

Question 2. Critère obligatoire n° 1 – Dimensions maximales de 24 po x 36 po x 48 po. Nous fournissons une chambre de 26 po X 36 po X 53 po. Est-ce acceptable?

Réponse 2. Non, ces dimensions ne conviennent pas.

Question 3. Critère obligatoire n° 2 – Chambre et gaines : standard – chambre en acier inoxydable de type 316L, gaines en acier au carbone.

Nous fabriquons des gaines en acier inoxydable mais pas en acier au carbone. Est-ce acceptable?

Réponse 3. Oui, l'acier inoxydable est acceptable.

Question 4. Critère obligatoire n° 3 – Méthode d'évacuation de l'air : système à vide poussé standard muni d'un éjecteur d'eau avec pompe d'appoint.

Quelle est la pression d'eau dans l'installation? Il se pourrait qu'une pompe d'appoint ne soit pas nécessaire, ce qui réduirait les coûts.

Réponse 4. La pression d'eau fluctue considérablement. C'est une installation de 50 ans. Nous avons besoin d'une pompe d'appoint.

Question 5. Critère obligatoire n° 17 – Verrouillage de porte à pression interne

Ce critère est associé aux anciens modèles. Les modèles actuels utilisent des transducteurs de pression pour la surveillance. Cela améliore la sécurité et réduit les coûts d'entretien à long terme. Est-ce acceptable?

Réponse 5. Oui, c'est acceptable, mais j'ai été témoin de défaillances de transducteurs.

Question 6. Critères obligatoires n° 18 et 19 – Les critères demandent l'homologation ASME, UL, ULC. Ils ne font pas référence au numéro d'enregistrement canadien (NEC) requis pour les installations d'appareils sous pression au Canada. Demander cette approbation après la livraison est toujours coûteux et fastidieux. Nous livrons nos appareils avec le numéro d'enregistrement canadien requis.

Est-ce que cette omission est une erreur?

N° de l'invitation - Solicitation No.
39903-170076/B

N° de la modif - Amd. No.
002

Id de l'acheteur - Buyer ID
pv925

N° de réf. du client - Client Ref. No.
39903-170076

File No. - N° du dossier
pv925.39903-170076

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Réponse 6. Oui, veuillez inclure le numéro d'enregistrement canadien

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes