



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Blood Sampling System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7702-175845/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W7702-175845	Date 2017-02-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-099-10991	
File No. - N° de dossier EDM-6-39202 (099)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-02-17	Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Leslie, Sandra	Buyer Id - Id de l'acheteur edm099
Telephone No. - N° de téléphone (780) 616-2057 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7702-175845/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7702-175845

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
EDM-6-39202

Buyer ID - Id de l'acheteur
edm099
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This solicitation amendment is to respond to questions received on this solicitation

Questions/Answers

QUESTION 1: a) Please let me know if it is acceptable if we provide you with the CSA standard before the time of installation?

b) Please let me know if it is acceptable to provide you with a device which is in the process of evaluating a TUV mark (equivalent to UL) at this time and I believe the CSA or cUL would be ready in estimated one months after installation.

RESPONSE 1: We require that the instrument be CSA standard or equivalent when it arrives at Suffield Research Centre.

All terms and conditions remain same.