



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Miscellaneous Lab Equipment	
Solicitation No. - N° de l'invitation A7100-164083/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client A7100-164083	Date 2017-03-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-016-10118	
File No. - N° de dossier WPG-6-39269 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-03-03	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hall, Marlene	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg016
Telephone No. - N° de téléphone (204) 230-0147 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Wills Transfer Ltd. 3100 Swansea Crescent Ottawa, ON. K1G 3W4 c/o Claudette Weedmark	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La présente **modification n° 4** vise à répondre à la question du fournisseur au sujet de la demande de **soumissions n° A7100-164083/A** :

- Q1.** Élément 2 – Distributeur d'eau ultra-purifiée de type I (ASTM) et d'une capacité de 120 L/h (2 L/min). À combien doit se chiffrer la capacité de production d'eau de type I?
- R1.** Voir l'élément 2.2 (production) : 2 L/min±0,2 L (0,5 gal/min±0,05 gal/min).
- Q2.** Élément 18 – Hotte de table propre à circulation laminaire de catégorie ISO100; surface de travail de 1200 mm (4 pi) de largeur. Toutes les commandes de notre produit sont encastrées. Est-ce acceptable?
- R2.** On demande un panneau de commande non exclusif afin d'en faciliter le remplacement, étant donné l'emplacement de l'installation et la complexité de la voie d'approvisionnement. Un panneau de commande encastré peut être accepté si la soumission en comprend un de rechange.
- Q3.** Élément 4 – Table d'autopsie conçue pour de gros animaux (capacité de charge de 1135 kg [2500 lb]) et dotée de roues et d'un dispositif d'élévation en ciseaux. La largeur ne semble pas standard. Une largeur supérieure serait-elle acceptable?
- R3.** Non, car une largeur supérieure nuirait à l'exploitation de l'espace disponible et à l'utilisation de la salle d'autopsie, laquelle ne peut pas être agrandie.
- Q4.** Éléments 19.3 et 20.3 – Trois tiroirs à stylos sous la surface de travail. Est-ce qu'un tiroir en acier inoxydable serait acceptable?
- R4.** Oui, s'il mesure au plus 150 mm (6 po) de hauteur.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES

N° de l'invitation - Solicitation No.
A7100-164083/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
A7100-164083

N° de la modif - Amd. No.
004
File No. - N° du dossier
WPG-6-39269

Id de l'acheteur - Buyer ID
wpg016
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS
