



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

Place Bonaventure, portail Sud-Est

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Est

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^{ième} étage

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Rotating Tube Furnace	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31026-165796/C	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31026-165796	Date 2017-04-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-060-14311	
File No. - N° de dossier MTA-6-39160 (060)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-05-01	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Brunet, Luc	Buyer Id - Id de l'acheteur mta060
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3370 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

THIS REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) IS HEREBY AMENDED AS FOLLOWS:

Amendment 001 is raised to:

- a) Provide answers and clarifications to questions submitted by bidders

+++

Question #1: Section 3.14 of the Statement of Work (Annex A) states that the furnace must permit to be operated under vacuum (10^{-1} Torr) or under inert gas pressure up to 0.5 PSI
Is it mandatory the Furnace to be operated under both vacuum and pressure?
If not would just inert gas pressure up to 0.5PSI be acceptable?

Answer #1: Yes it is mandatory for the furnace to be operated under both vacuum and pressure although please note that a 10^{-1} Torr vacuum would be sufficient

Question #2: RFP Section 6.4.2 has requested delivery by June 15, 2017. Is this mandatory or would you accept a later delivery?

Answer #2: As stated in Article 6.4.2, June 15, 2017 is the desired delivery date if it is possible. In the event that you want to propose a later date, please enter it in the following line before submitting your proposal.

At section 3.0 Minimum technical specifications of the Statement of Requirement (ANNEX "A")

DELETE:

- 3.14 The rotary tube furnace must permit to be operated under vacuum (10^{-1} torr minimum) or under inert gas pressure up to 0.5 PSI.

INSERT:

- 3.14 The rotary tube furnace must permit to be operated under vacuum (10^{-1} torr minimum) and under inert gas pressure up to 0.5 PSI.

You are requested to submit a copy of this modification to your proposal.

All other terms and conditions remain unchanged.