



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Chambres environnementales	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-176259/D	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-176259	Date 2017-07-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-029-17132	
File No. - N° de dossier QCW-6-39253 (255)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-10	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hamel, Jonathan	Buyer Id - Id de l'acheteur mta255
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2806 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W7701-176259/D

N° de la modif - Amd. No.
003

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA255

N° de réf. du client - Client Ref. No.
W7701-176259

File No. - N° du dossier
QCW-6-39253

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Modification 003

Titre : Chambres environnementales en température et en d'humidité

W7701-176259/D

Inclus dans la présente modification :

- **Clarification apportée à la modification 002. La réponse à la Q3 doit se lire ainsi :**

Question #3 : Vos livrables indiquent que deux unités doivent être de 230V/1phase/60Hz et une de 230V / 3phase / 60Hz. La norme est généralement de 3 phases ... quelle est la logique derrière cela et voulez-vous vraiment une modification sur mesure pour une seule phase pour deux des chambres?

Réponse #3 : L'installation électrique pour les deux chambres petit format est déjà en place à notre local, soit le 240V/1phase/60Hz/100A. Pour la chambre grand format, l'installation électrique n'est pas encore en place, c'est pourquoi nous demandons le standard 208/3 phases/60 Hz.

- **Modification de la date de fermeture de l'appel d'offres**

EFFACER

2017/07/27 14:00 Heure avancée de l'Est (HAE)

INSÉRER

2017/08/10 14:00 Heure avancée de l'Est (HAE)

**** Toutes les clauses et conditions demeurent inchangées. ****