



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Chambres environnementales	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-176259/D	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-176259	Date 2017-07-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-029-17132	
File No. - N° de dossier QCW-6-39253 (255)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-10	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hamel, Jonathan	Buyer Id - Id de l'acheteur mta255
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2806 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
W7701-176259/D

N° de la modif - Amd. No.
003

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA255

N° de réf. du client - Client Ref. No.
W7701-176259

File No. - N° du dossier
QCW-6-39253

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Addendum 003

Title: Temperature and humidity environmental chambers

W7701-176259/D

Included in the present amendment:

- **Clarification to addendum 002. The answer to question Q3 must be read as follow:**

Question #3: Your specs say two units need to be 230V/1phase/60Hz and one is 230V/3phase/60Hz. The standard is typically 3 phase...what is the logic behind this and do you really want a custom modification for single phase for two of the chambers?

Answer #3: The electrical power for the two small-size chambers is already installed at our location, which is 240V/1 phase/60 Hz/100A. For the large-size chamber, the electrical power is not installed yet at our location.

- **Amendment to the tender notice closing date**

DELETE

2017/07/27 14:00 Eastern Daylight Time (EDT)

INSERT

2017/08/10 14:00 Eastern Daylight Time (EDT)

****All clauses and conditions remain unchanged.****