



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Chambres environnementales	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7701-176259/D	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W7701-176259	Date 2017-08-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-029-17132	
File No. - N° de dossier QCW-6-39253 (255)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-08-10	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hamel, Jonathan	Buyer Id - Id de l'acheteur mta255
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2806 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W7701-176259/D

N° de la modif - Amd. No.
004

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA255

N° de réf. du client - Client Ref. No.
W7701-176259

File No. - N° du dossier
QCW-6-39253

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Addendum 004

Title: Temperature and humidity environmental chambers

W7701-176259/D

This amendment aim at providing answers to the following question:

Q4:

-do you have a dock?

Answer: No.

-do you have a forklift? If so, is this accessible?

Answer: Yes and it is accessible.

-The specification says nothing about hooking up power and water utilities directly to the chamber. If we have to provide power and water connections to the chamber, we need to know more about your facility:

Will you have a disconnect on the wall for electrical near each chamber?

Answer: Yes

How far will we have to run the electrical line to the chamber?

Answer: For the small chambers, the electrical connexion is already in place (240V, 1 phase, 60 Hz). For the large chamber, DRDC will conduct the electrical work and it will be completed before the installation of the chamber.

Will water line supply include a valve near the chamber?

Answer: For the small chambers, the water line with valves is already installed. For the large chamber, DRDC will conduct the plumbing work and it will be completed before the installation of the chamber.

How far do we have to run the water line?

Answer: See answer above.

The only thing we saw mentioned in the specifications was the drain and how far it was located.

-Are there any special requirements in your building which will require a general contractor to do any special electrical or plumbing work?

Answer: See the answers above.

*****All clauses and conditions remain unchanged. *****