



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Ensemble de capteurs de flux radiat	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8D22-180455/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8D22-180455	Date 2017-09-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-031-7361	
File No. - N° de dossier TOR-7-40035 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-25	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Schmidt, Jeff	Buyer Id - Id de l'acheteur tor031
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2058 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no 001 vise à répondre aux questions des soumissionnaires

Q1 : Veuillez confirmer qu'Environnement et Changement climatique Canada s'occupera lui-même de l'installation.

R1 : Oui, Environnement et Changement climatique Canada s'occupera lui-même de l'installation.

Q2 : Y a-t-il une source d'alimentation électrique disponible sur place? Si oui, pourriez-vous en fournir une description?

Q2 : Oui, la ligne électrique peut être creusée à l'emplacement du site. Les spécifications doivent concorder avec ce qui figure à l'annexe A, Besoin, point 2.1.1. Avoir des exigences d'alimentation de 12 à 24 V c.c. et une option d'alimentation CA.

Q3 : Les capteurs d'épaisseur de la neige seront-ils installés sur le même mât-tour ou poteau fourni par l'utilisateur? Quelle étendue de mesure est requise?

R3 : Oui, les capteurs d'épaisseur de la neige seront installés sur le poteau fourni par l'utilisateur. Son étendue doit être conforme aux directives d'opération normalisées de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) (le capteur doit être placé trois [3] mètres au-dessus du niveau du sol pendant le fonctionnement).